

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39                 | AST                   | Mindray                | "ԱՍԱՏ որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված BS-200, BS-120<br>ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար տարրայում թեստերի<br>քանակը 155 թեստ: Փաթեթավորում՝ BS-200, BS-120 վերլուծիչների համար<br>նախատեսված տարայով Օգտագործման ձեռնարկում ունենա BS-200,<br>BS-120 ծրագրավորելու սխեման: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձնելու<br>պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%<br>առկայություն: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485<br>սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only 1հատ=1թեստ" |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQFЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 39         | AST                    | Mindray                    | "ԱՍՍՏ որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված BS-200, BS-120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար տարրայում թեստերի քանակը 155 թեստ: Փաթեթավորում՝ BS-200, BS-120 վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով Օգտագործման ձեռնարկում ունենա BS-200, BS-120 ծրագրավորելու սխեման: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only 1հատ=1թեստ" |