

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
51	Introducer Radial 5fr	.	Terumo	Պետական պատվերով ստեղծված ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ինտրոդյուսեր: Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր տրանսռադիալ կոմպլեկտ 5Fr- Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից ինտրոդյուսերի ծայրի երկարության պահանջվող չափսերն են՝ 7սմ, 10սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և բարդությունից մինի վայերի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.018" 0.021"0.025"՝ 45սմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից մուտքի ասեղի պահանջվող չափերն են՝ 20G, 21G, 22G: Ֆորմատ՝ հատ:

				CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-1-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
51	Introducer Radial 5fr	.	Terumo	Интродьюсер, приобретённый для оказания услуг стентирования по государственному заказу. Набор интродьюсеров трансрадиальный для диагностических и интервенционных вмешательств 5Fr - Высокоточный переход дилататора в сопло, позволяющий погружать интродьюсер в кровеносный сосуд без дополнительного вмешательства (например, лезвия-ланцета). В зависимости от веса оперируемого пациента, требуемые размеры длины кончика интродьюсера составляют: 7 см, 10 см. В зависимости от типа и сложности оперируемого сосуда, требуемые диаметры мини-проводник составляют: 0,018", 0,021", 0,025" при длине 45 см. В зависимости от типа оперируемого сосуда, требуемые размеры иглы доступа составляют: 20G, 21G, 22G. Формат: шт.

				Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA обязательно. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и инструкции по эксплуатации в форме заводского руководства.Срок годности на момент доставки составляет не менее 70%. Покупатель имеет право вернуть товар или заменить его на другой размер, если срок годности составляет не менее 50%.
--	--	--	--	--