

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
72	Revascularisation Device	.	Penumbra	"Ստենտ/ռետրիվերը նախատեսված է սուր իշեմիկ ինսուլտի ժամանակ արյան հոսքը վերականգնելու նպատակով գլխուղեղի խցանված անոթներից թրոմբի հեռացման համար: Ցանցի երկարությունը 26մմ, աշխատանքային երկարությունը 20մմ, տրամագիծը 4,5 մմ: Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը` $\pm$ 2%: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում` Մասնակիցը հայտով

				Ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից Ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային- լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում Ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից Ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: "
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/16-1-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
72	Revascularisation Device	.	Penumbra	"Стент-ретривер предназначен для удаления тромбов из окклюзированных сосудов головного мозга с целью восстановления кровотока при остром ишемическом инсульте. Длина полотна – 26 мм, рабочая длина – 20 мм, диаметр – 4,5 мм. Допустимое отклонение всех размеров составляет $\pm 2\%$. Наличие сертификата качества CE MARK или FDA обязательно для любой поставляемой партии. Стент новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила эксплуатации в виде заводской инструкции. Наличие не менее 50% полного срока годности на момент поставки. Обязательным условием является: К заявке участник предоставляет:авторизационное письмо (гарантийно-авторизационное письмо) от

				производителя товара. Обязательным условием является предоставление участником: Сертификата происхождения и сертификата соответствия от производителя товара."
--	--	--	--	--