

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
77	Introducer Radial 5fr	.	Terumo	Նյարդավիրաբուժությունում ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր տրանստադիալ կոմպլեկտ 5Fr- Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից ինտրոդյուսերի ծայրի երկարության պահանջվող չափսերն են՝ 7սմ, 10սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և բարդությունից մինի վայերի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.018" 0.021"0.025"՝ 45սմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից մուտքի ասեղի պահանջվող չափերն են՝ 20G, 21G, 22G: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է,

				չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-1-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
77	Introducer Radial 5fr	.	Terumo	Набор трансрадиальных интродьюсеров 5Fr для диагностических и интервенционных вмешательств в нейрохирургии – высокая точность дилататора к струе, что позволяет погружать интродьюсер в кровеносный сосуд без дополнительного вмешательства (например, ланцета). В зависимости от веса оперируемого пациента, необходимый размер кончика интродьюсера составляет: 7 см, 10 см. В зависимости от типа и сложности оперируемого сосуда, необходимый диаметр мини-проводов составляет: 0,018", 0,021", 0,025" при длине 45 см. В зависимости от типа оперируемого сосуда, необходимый размер иглы доступа составляет: 20G, 21G, 22G. Формат: шт. Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA обязательно. Новый, неиспользованный, в заводской

				стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и правила эксплуатации в виде заводской инструкции. Наличие не менее 50% полного срока годности на момент поставки.
--	--	--	--	---