

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՃԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Biocare	Biocare	iE3	SHENZHEN BIOCARE BIO-MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	12 արտածումների գրանցման հնարավորության առկայություն Արտածման Կաբրերա, Էինթոլվեն, Գոլդբերգ, Վիլսոն ստանդարտների պարտադիր համապատասխանություն Գրաֆիկական Էկրանի առկայություն, 240x 128 մմ, Էկրանին 1/3/6/12 արտածումների արտացոլման հնարավորության առկայություն, Սրտի պեյսմեյկերի գազաթների հայտնաբերման հնարավորության առկայություն, Էկրանին ցուցադրվող գրաֆիկական մենյու՝ ստեղնաշարի հեշտ

					օգտագործման համար, Բազմալեզու մենյուի առկայություն, այդ թվում նաև՝ ռուսերեն մենյուի առկայություն, Շարունակական սրտի ռիթմի (HR) չափում և ցուցադրում Էկրանին, Սրտի բաց վիրահատությունների ժամանակ օգտագործման հնարավորության առկայություն Մեմբրանային տառաթվային ստեղնաշարի առկայություն՝ ֆունկցիոնալ ստեղներով, Չգայունությունը ` 2.5, 5, 10, 20 մմ/մվ, Արագությունը ` 5, 10, 25, 50 մմ/վրկ, ԷՍԳ զտիչների առկայություն՝ Եզրագծային զտիչներ՝ 0.15Հց, 0.45 Հց, 0.75Հց, 1.5Հց Ցանցի/սնուցման խանգարման զտիչ՝ 50Հց, 60 Հց Մկանային խանգարման զտիչ՝ 25 Հց, 35 Հց, 45 Հց, Բոլոր 12 արտածումներից ԷՍԳ ազդանշանի միաժամանակյա պահպանում՝ ավտամատ գրանցման ժամանակ, ինչպես նաև ներքին հիշողության մեջ հետազոտման ամսաթվի և ժամի, զտիչի կարգավորումների, հետազոտման գրանցման ժամանակի և, հիվանդի տվյալների պահմանման հնարավորություն
--	--	--	--	--	---

					Վերլուծությունները տպելու հնարավորություն, ավտոմատ EՍԳ հետազոտության մեկնաբանում 1, 3, 6 կամ 12 արտածումների EՍԳ գրանցումների ցուցադրման հնարավորության առկայություն Ընտրված խմբի 1/3 EՍԳ գրանցված արտածումները տպելու հնարավորության առկայություն Տպված EՍԳ-ի վրա հիվանդի անունը կցելու հնարավորություն EՍԳ տպում՝ 1- կամ 3-ալիքային ռեժիմներում Կախված հիվանդի սեռից և տարիքից՝ ավտոմատ վերլուծության և մեկնաբանության հնարավորություն՝ համաձայն EN 60601-2-25 (CSE database): 500 վերջին ավտոմատ հետազոտությունները հիշելու հնարավորություն QRS -ի ավտոմատ հայտնաբերման հնարավորության առկայություն Էլեկտրոդի առանձնացման հայտնաբերման հնարավորության առկայություն՝ յուրաքանչյուր ալիքի համար Համակարգչին միանալու հնարավորություն Դեֆիբրիլյացիոն իմպուլսներից պաշտպանության հնարավորության պարտադիր
--	--	--	--	--	---

				առկայություն CF դասի Սնուցումը 100-240Վ, 47-63Հց Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց առնվազն 60 ավտոմատ հետազոտություն իրականացնելու համար և լիցքավորող սարքի , էլեկտրական հոսանքի հարվածից պաշտպանությունն ` Class II IP պաշտպանության դաս` IP XO Արտաքին չափսերը, ոչ ավել քան ` 350x 245x 130մմ Քաշը ոչ ավել, քան` 4,2 կգ: Ժապավենի չափը 50x 50 ստանդարտի: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն ISO 9001 կամ համարժեք ISO 13485 կամ համարժեք MDD 93/42 EEC կամ համարժեք Ապրանքը նոր է չօգտագործված, երաշխիքային սպասարկումը` 18 ամիս, մատակարարումը , տեղադրումը և գործարկումը մատակարարի կողմից, անսարքություններ ի հայտ գալու դեպքում երաշխիքային սպասարկման ընթացքում առնվազն 5 օրվա ընթացքում մատակարարը պետք է վերացնի անսարքություններն ամբողջությամբ իմ միջոցների հաշվին
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 709P4-EU8U72P-25/50
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					