

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ԹԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
37	Hangzhou Trifanz Medical Devices Co., Ltd	Trifanz	Trifanz	Hangzhou Trifanz Medical Devices Co., Ltd	Ցանց վիրաբուժական ճողվածքների պլաստիկայի համար 100% բաղկացած է պոլիպրոպիլենային թելերից որոնք ունեն կառավարվող գծային ձգողություն, թելի պայմանական համարը 5/0, տեսակարար կշիռը կազմում է 76 գ/մ2; պատռման նկատմամբ ամրությունը - 14 կգ/սմ2, անցքերի չափերը - 1 մմ:Ուղղանկյուն , չափը 15x30 սմ:Ստերիլ ներքին ներդիրը գտնվում է եզակի անհատական ստերիլ պոլիմերաթղթային փաթեթի մեջ, որը իրենից ներկայացնում է թափանցիկ պոլիմեր եվ բժշկական

					թուղթ եվ ապահովում է ստերիլության, ֆունկցիոնալ հատկանիշների ապահովությամբ պայմանավորված տեղափոխումով, պահպանմամբ եվ պիտանելիության ժամկետով: Պահպանում է պարունակությունը խոնավությունից ապահովելով ներքին պարունակության հասանելիություն մեկ շարժումով խնայելով ժամանակը ցանցի հետ աշխատելիս: ույացիաներ: Եզակի փաթեթը պետք պարունակի անվանումը, ապրանքային նշանը , արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, կատալոգային կոդ, չափը, պիտանելիության ժամկետը, սերիայի համարը, ստերիլության եվ ստերիլիզացման մեթոդի մասին ինֆորմացիա, նշում միանվագ օգտագործման վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր փաթեթ պետք է ապահովված լինի հատուկ սթիկերով, որը պետք է կպցվի հիվանդի պատմության մեջ որպեսզի հնարավոր լինի վերահսկել իմպլանտացված ցանցի տվյալները: Ստիկերը ունի ինֆորմացիա արտադրողի ,
--	--	--	--	--	---

					պիտանելիության ժամկետի եվ արտադրանքի պարտիայի համարի վերաբերյալ: Ներքին ներդիրը պետք է պարունակի անվանումը, ապրանքային նշանը , արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, կատալոգային կոդ, չափը, պիտանելիության ժամկետը, սերիայի համարը, ստերիլության եվ ստերիլիզացման մեթոդի մասին ինֆորմացիա, նշում միանվագ օգտագործման վերաբերյալ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Թոժմաւ Խաչատրյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԹԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
37	Hangzhou Trifanz Medical Devices Co., Ltd	Trifanz	Trifanz	Hangzhou Trifanz Medical Devices Co., Ltd	Ցանց վիրաբուժական ճողվածքների պլաստիկայի համար 100% բաղկացած է պոլիպրոպիլենային թելերից որոնք ունեն կառավարվող գծային ձգողություն, թելի պայմանական համարը 5/0, տեսակարար կշիռը կազմում է 76 գ/մ2; պատռման նկատմամբ ամրությունը - 14 կգ/սմ2, անցքերի չափերը - 1 մմ:Ուղղանկյուն , չափը 15x30 սմ:Ստերիլ ներքին ներդիրը գտնվում է եզակի անհատական ստերիլ պոլիմերաթղթային փաթեթի մեջ, որը իրենից ներկայացնում է թափանցիկ պոլիմեր եվ բժշկական

					թուղթ եվ ապահովում է ստերիլության, ֆունկցիոնալ հատկանիշների ապահովությամբ պայմանավորված տեղափոխումով, պահպանմամբ եվ պիտանելիության ժամկետով:Պահպանում է պարունակությունը խոնավությունից ապահովելով ներքին պարունակության հասանելիություն մեկ շարժումով խնայելով ժամանակը ցանցի հետ աշխատելիս: ույացիաներ:Եզակի փաթեթը պետք պարունակի անվանումը, ապրանքային նշանը , արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, կատալոգային կոդ, չափը, պիտանելիության ժամկետը, սերիայի համարը, ստերիլության եվ ստերիլիզացման մեթոդի մասին ինֆորմացիա, նշում միանվագ օգտագործման վերաբերյալ: Յուրաքնչյուր փաթեթ պետք է ապահովված լինի հատուկ սթիկերով, որը պետք է կպցվի հիվանդի պատմության մեջ որպեսզի հնարավոր լինի վերահսկել իմպլանտացված ցանցի տվյալները:Ստիկերը ունի ինֆորմացիա արտադրողի ,
--	--	--	--	--	---

					պիտանելիության ժամկետի եվ արտադրանքի պարտիայի համարի վերաբերյալ: Ներքին ներդիրը պետք է պարունակի անվանումը, ապրանքային նշանը , արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, կատալոգային կոդ, չափը, պիտանելիության ժամկետը, սերիայի համարը, ստերիլության եվ ստերիլիզացման մեթոդի մասին ինֆորմացիա, նշում միանվագ օգտագործման վերաբերյալ:
--	--	--	--	--	--