

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՆԱՐ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Արյան հավաքման բժշկական մոնիտոր	Terumo	T-RAC II	Terumo BCT, Inc.	Արյան հավաքման բժշկական մոնիտոր (Կշեռք-ճոճանակ): Թվային Էկրանի առկայություն: Արյան ծավալի հավաքման գործառույթի առկայություն: Տարաների կարգավորման և կարգաբերման ֆունկցիայի առկայություն, որն ապահովում է չափման ճշգրտությունը: Փափուկ ցնցման ռեժիմի առկայություն, որը բարձրացնում է արյան մեջ օգտակար բաղադրիչների գոյատևման արդյունավետությունը: Նախանշված արժեքին հասնելու ժամանակ ավտոմատ տագնապ:

				Նախանշված արժեքին հասնելու ժամանակ և նորմատիվ շեղումների դեպքում արյան խողովակի ավտոմատ փակման մեխանիզմի առկայություն: Չափման միջակայքը՝ 0-1000 մլ տիրույթում: ճշգրտությունը՝ $\pm 1\%$: Էկրանի ցուցադրման ճշգրտությունը՝ 1 մլ: Հավաքման արագության ցուցադրումը՝ 0-999մլ/ր տիրույթում: Ճոճման անկյունը 18°: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 -240 Վ $\pm 10\%$, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն և ռուսերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը՝ 24 ամիս: Որակի վկայականներ. ISO13485:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО ВАНАР ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 00 00000000-2025/56 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Медицинский монитор сбора крови	Terumo	T-RAC II	Terumo BCT, Inc.	Медицинский монитор для забора крови (весы-маятник): Наличие цифрового дисплея. Наличие функции сбора объема крови. Наличие функции регулировки и настройки контейнера, что обеспечивает точность измерений. Наличие режима мягкого шока, что повышает эффективность сохранения полезных компонентов в крови. Автоматическая сигнализация при достижении заданного значения. Наличие механизма автоматического перекрытия трубки для забора

					крови при достижении заданного значения и в случае нормативных отклонений. Диапазон измерения: в диапазоне 0-1000 мл. Точность: $\pm 1\%$. Точность отображения на экране: 1 мл. Отображение скорости забора крови: в диапазоне 0-999 мл/мин. Угол поворота 18°. Питание: 220-240 В $\pm 10\%$, 50/60 Гц. Полный комплект и принадлежности. Установка и запуск. Обучение персонала на месте. Руководство пользователя на английском и русском языках. Оборудование новое, не использовалось. В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности, которые необходимы для полноценной работы. Гарантия: 24 месяца. Сертификаты качества: ISO13485.
--	--	--	--	--	--