

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴ-ԻՄՊԵՔՍ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	PreciControl ThyroAB V2	PreciControl ThyroAB V2	Roche Diagnostics	Էլեկսիս պրեսիկոնտրոլ թիրո-AB (PreciControl ThyroAB): Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ` Էլեկտրոխեմիլումինեսցենստային անալիզ: Ֆորմատ` 4x2 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕД-ИМПЭКС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1-244-1444424-26/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
35	PreciControl ThyroAB V2	PreciControl ThyroAB V2	Roche Diagnostics	Elexis PreciControl ThyroAB: для анализаторов Elexis и Cobas e 411. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4 x 2 мл. Торговая марка. Условия хранения: при температуре от 2 до 8°C. Срок годности истекает через 1/2 после доставки. Для диагностики in vitro.