

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊԶԲ 26/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Thromboplastin 5267 L	HELENA	Helena Biosciences Europe/ UK	Պրոտրոմբինային ժամանակի որոշման տեստ հավաքածու, նախատեսված CL-2000B մոդելի կոագուլոմետրի համար: Ֆորմատ՝ ոչ ավել, քան 4x5մլ, 100թեստ Ստուգվող նմուշ՝ արյան պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C; For In Vitro Diagnostic only ներկայացնել միայն տվյալ ապարատի համար նախատեսված նյութը ,պարտադիր կատարել 1-2 ստուգողական հետազոտություն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЗУРЧ ЕЦЦПЗР 26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
42	Thromboplastin 5267 L	HELENA	Helena Biosciences Europe/ UK	Набор для определения протромбинового времени, предназначен для коагулометра модели CL-2000B. Формат: не более 4 x 5 мл, 100 тестов Образец для анализа: плазма крови. Условия хранения: 2-8 °С; Только для диагностики in vitro: предоставьте только материал, предназначенный для данного прибора. Обязательно проведите 1-2 контрольных теста. Метод агглютинации Формат: 100 тестов Образец для анализа: плазма крови. Условия хранения: 2-8 °С;