

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
45	Plastic medical reusable waste container	CNWTC	Chongqing new world Trading co. LTD	Սրածայր թափոնների հեռացման համար օգտագործվող առաջնային տարողությունը ապահովում է հետևյալ պահանջները՝ կարծր, արտահոսքի նկատմամբ դիմացկուն, չկոտրվող և չծակվող՝ 3 լիտր ծավալով: Սրածայրերի տարրան ապահովում է հետևյալ պահանջները՝ փակվելու հնարավորություն ունեցող բացվածք և լցման առավելագույն չափի նիշ՝ բեռնարկի տարողության մոտավորապես 3/4 մասի մակարդակով: Բացվածքը նախատեսվում է այնպես, որ աշխատողի համար հեշտ լինի այնտեղ գետեղել օգտագործված ներարկիչները:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1-2026-10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
45	Plastic medical reusable waste container	CNWTC	Chongqing new world Trading co. LTD	Первичная ёмкость для удаления острых отходов должна соответствовать следующим требованиям: твёрдая, устойчивая к утечкам, неразрушаемая и непроницаемая для проколов, объёмом 3 литра. Контейнер для острых предметов должен иметь отверстие с возможностью закрытия и отметку максимального уровня заполнения — примерно на уровне 3/4 ёмкости контейнера. Отверстие должно быть спроектировано таким образом, чтобы работнику было удобно помещать туда использованные шприцы.