

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Terumo	Introducer R	Introducer R	Terumo	Ինտրոդյուսեր-կոմպլեկտ Նախատեսված ֆեմորալ և ռադիալ միջամտությունների համար՝ 4-8 ֆր տրամագծերով, Ռադիալը կարող է միաժամանակ լինել նաև 4-5 ֆր, 5-6 ֆր և 6-7 ֆր ունիվերսալ տրամագծերով, ինչի շնորհիվ ինտրոդյուսերը հնարավորություն է տալիս կատարել ախտորոշում և առանց այն փոխելու ստենտավորում՝ օգտագործելով մեկ ինտրոդյուսեր 2-ի փոխարեն: Ծայրի երկարությունը 10 սմ և 7 սմ: Համատեղելի է՝ 4Fr-ի դեպքում՝ 0.035"(0.89մմ), մնացած բոլոր

				տեսակների դեպքում 0.038 (0.97մմ) տրամագծով ուղորդիչի հետ: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության(օր.նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000000-0000000000-26/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Terumo	Introducer R	Introducer R	Terumo	Интродьюсер-комплект, предназначенный для феморальных и радиальных вмешательств, диаметром 4-8 Fr. Радиальная версия может быть одновременно универсальной для размеров 4-5 Fr, 5-6 Fr и 6-7 Fr, что позволяет выполнять диагностику и затем стентирование без замены интродьюсера, используя один интродьюсер вместо двух. Длина наконечника: 10 см и 7 см. Совместимость с проводниками: для 4 Fr — проводник 0.035" (0.89 мм), для всех остальных размеров

					— проводник 0.038" (0.97 мм).Переход дилататора к шиту — высокоточный, что позволяет вводить интродьюсер в кровеносный сосуд без дополнительного рассечения кожи (например, лезвием скальпеля). Наличие сертификата качества СЕ. Изделие новое, неиспользованное, в заводской стерильной упаковке.
--	--	--	--	--	---