

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՍ ՍԵՂԻՔԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	Contour Plus	Գլուկոմետրի թեստ- Contour Plus	ASCENSIA Diabetes Care	Շաքարաչափ Կոնտուր պլյուս սարքի համար Նախատեսված թեսթ երիզ: Թեսթ երիզների ժամկետը չի փոխվում անկախ տուփի բացման պայմանից: Չափման ժամանակահատվածը մոտ 5վրկ: Չափման միջակայքը 0,6-33,3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը 0,6մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-450C: Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10%-93%: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝ 10-70%: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ ընթացքում արյուն վերցնելու երկրորդ հնարավորություն: Համարժեք ապրանքի ներկայացման դեպքում Մատակարարը պարտավոր է անհատույց կարգով Գնորդին հանձնել թվով 10 չափիչ սարք, որը պետք է ունենա հնարավորություն տվյալների փոխանցում համակարգչին USB լարի միջոցով և պետք

				Է համապատասխանի Է ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-EUQU72P-26/18
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
43				