

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՏԻՒՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ինժեկտոմատ/ ավտոմատ ներարկման համակարգ	Ինժեկտոմատ/ ավտոմատ ներարկման համակարգ	Ինժեկտոմատ/ ավտոմատ ներարկման համակարգ	Ինժեկտոմատ/ ավտոմատ ներարկման համակարգ	Պուլսօքսիմետրի չափս՝ 2.5 մետր, միակցիչ , 6 PIN: Նյութը՝ TPU, պուլսօքսիմետրը նախատեսված է մեծահասակի մատի համար, Սարքը պետք է ունենա որակի վկայագիր: Պուլսօքսիմետրը պետք է համատեղելի լինի ML 1500 մոդելի հիվանդի մոնիտորի համար: Սարքը պետք է լինեն Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկումը 6/վեց ամիս Ավտոմատ ներարկման համակարգ Մոնիտորը ոչ պակաս 3.0” գունավոր TFT տեսակի Կիրառվող ներարկիչներ, առնվազն՝

					5; 10; 20; 30; 50; 60մլ Ներարկումների չափերը՝ 0,1-2000 մլ/ժ (0.01 մլ/ժ; 0,1 մլ/ժ և 1,0 մլ/ժ քայլերով, կարգավորելի) Մեխանիկական ճշգրտությունը $\pm$ 2% -ի սահմաններում: Ներարկումների ծավալի կարգավորում էկրանին՝ 0,1-9999,9 մլ (0,1 մլ քայլով) Ներարկման ժամանակի կարգավորում էկրանին՝ 00:01-99:59 ր (1 րոպե քայլով) Բոյուսի հաճախականությունը՝ լիսի ծրագրավորվող և կարգավորելի, (ավտոմատ/մեխանիկական) 0,1-2000 մլ/ժ - Բոյուսի ծավալային միջակայք առնվազն՝ 1,0-50,0 մլ (0,1 մլ քայլով) KVO հաճախականություն 0,0 – 10,0 մլ/ժ, ծրագրավորվող և կարգավորելի Մաքրման հաճախականությունը՝ 50մլ Ներարկիչ՝ 1,500 մլ/ժ 30մլ Ներարկիչ՝ 900 մլ/ժ 20մլ Ներարկիչ 600 մլ/ժ 10մլ Ներարկիչ՝ 300 մլ/ժ 5մլ Ներարկիչ՝ 150 մլ/ժ Խցանման ճնշումը առավելագույն՝ 120kPa ($\pm$ 15kPa) նվազագույնը՝ 30kPa ($\pm$ 15kPa), կարգավորելի Սարքը պետք է ունենա ազդանշաններ հետևյալ դեպքերում՝ Ներարկման վաղ
--	--	--	--	--	--

					ավարտ, ներարկման ավարտ, խցանումը, ոչ ճիշտ ներարկչի տեղադրումը, սխալ տեղադրում, մարտկոցի ցածր լիցք այլն: Սարքը պետք է ունենա ազդանշանի ուժգնության կարգավորման հնարավորություն Սարքը պետք է ունենա աչ պակաս 2000 գործողությունների ստուգման և հիշողության գրանցման հնարավորություն Սնուցման աղբյուր AC 100V~240V ($\pm 10\%$), 50/60Hz; ներկառուցված վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց, 11.1V, 2600 mAh, 12-15V, 15W Առնվազն 8 ժամ ներկառուցված մարտկոցի աջակցություն, Համակարգչին միացման առկայություն Անվտանգության դաս I դաս, CF, IP44 առնվազն Կապ ինտերֆեյս. առնվազն RS232 Չափերը՝ ոչ ավել 250*160*130մմ: Քաշը ոչ ավել 2,8 կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, , չօգտագործված, ունենա բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը, և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Ապրանքը պետք է արտադրված լինի
--	--	--	--	--	---

					ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Աշխատակազմի ուսուցումը պետք է կատարվի տեղում՝ մասնագետի կողմից: Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը 12 ամիս, ISO և EC սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					