

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԹԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
61	PTT AUTOMATE 5	Diagnostica Stago	PTT AUTOMATE 5	STart Max վերլուծիչի համար նախատեսված Մ.Ա.Թ.Ժ 5 (Մասնակի ակտիվացված թրոմբինային ժամանակ) որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ՝ 1200 թեստ, եթե հետազոտությունը իրականացվի STart Max վերլուծիչի վրա՝ օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Մեթոդ՝ մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթղթի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի

				վերահսկման միջազգային հավաստագրեր՝ ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 094-ЕЦДЦ12Р-2026/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
61				