

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄ ՄԵԴԻԶԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՏՄ ԻԶ ԱԱՊԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
84	Թեստ-երիզներ Կոնտուր Պլուս (Contour Plus)	Contour Plus	Contour Plus	ASCENSIA Diabetes Care	84 Թեստ-երիզներ Կոնտուր Պլուս (Contour Plus) Contour Plus Contour Plus ASCENSIA Diabetes Care Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 0.6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,6 մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-45°C: Պահպանման ջերմաստիճան՝ 0-30°C: Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10%-93%: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝ 0-70%: Գործառնական բարձրություն՝ ծովի մակարդակից մինչև 6301մ: Արյան

					ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: Տվյալ համակարգը համապատասխանում է Եվրոպական դիրեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом SU 12 000000-
E0000000-2026/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
84					