

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեզսերվիս ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Ստերանիոս 2% 5լ	ԱՆԻՈՍ	STERANIOS 2% NG, ECS	Լաբորաթիս ԱՆԻՈՍ	Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 2%, հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը -5 լիտր պոլիէթիլենային տարա: Աշխատանքային լուծույթը բազմակի օգտագործման համար է: Լուծույթը կարելի է օգտագործել մասամբ` ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Բարձր մակարդակի ախտահանող ( ԲՄԱ ) և մանրէազերծող նյութի պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի: Ունենա թեստ զուլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու

					համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, Էնդոսկոպների ախտահանման,բարձր մակարդակի ախտահանման,մանրէազերծման և սպորազերծման համար:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧЧ-БЦХЦЧЗР-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Стераниос 2% 5л	АНИОС	STERANIOS 2% NG, ECS	АНИОС	Состав: глутаральдегид 2%, антикоррозионные добавки, стабилизаторы и другие вспомогательные компоненты. Упаковка: полиэтиленовая тара объемом 5 литров. Рабочий раствор многоразового использования. Раствор может использоваться частично, в зависимости от необходимого объема. Срок годности высокоэффективного дезинфицирующего и бактерицидного средства – 3 года. Имеет тест-полоски для контроля срока годности раствора. pH

					дезинфицирующего средства 5,5-6,5. Рабочий раствор предназначен для дезинфекции, высокоэффективной дезинфекции, стерилизации и спорообразования медицинских инструментов, предметов, эндоскопов. Длительность дезинфекции до 10 минут. Длительность высокоэффективной дезинфекции 10 минут. Длительность стерилизации и спорообразования 60 минут. Уровень опасности – 3-й, 4-й класс. Имеет сертификат качества и методическую инструкцию по применению Министерства здравоохранения Республики Армения. Гарантия совместимости от Olympus, Storz, Pentax, Fuji или других всемирно известных производителей медицинского оборудования.
--	--	--	--	--	---