

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
50	Ստերանիոս 2% 5լ	ԱՆԻՈՍ	STERANIOS 2% NG, ECS	Լաբորաթիս ԱՆԻՈՍ	Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 2%, ,հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր եւ այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը -5 լիտր պոլիէթիլենային տարա: Աշխատանքային լուծույթը բազմակի օգտագործման համար է: Լուծույթը կարելի է օգտագործել մասամբ` ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Բարձր մակարդակի ախտահանող ( ԲՄԱ ) եւ մանրէազերծող նյութի պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի: Ունենա թեստ զուլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու

					համար: Ախտահանիչ նյութի pH5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, էնդոսկոպների ախտահանման,բարձր մակարդակի ախտահանման,մանրէազերծման եւ սպորազերծման համար: Ախտահանման տեւողությունը մինչեւ 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տեւողությունը 10րոպե: Մանրէազերծման եւ սպորազերծման տեւողությունը 60րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունենա որակի սերտիֆիկատ եւ ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Ունենա Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուչի կամ այլ համաշխարհային ճանաչում ունեցող բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերություններից երաշխավորություն համատեղելիության մասին: Ունենա որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական
--	--	--	--	--	--

					հրահանգ:
--	--	--	--	--	----------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 14-1000000-26/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
50	Стераниос 2% 5л	АНИОС	STERANIOS 2% NG, ECS	АНИОС	Состав: глутаральдегид 2%, антикоррозионные добавки, стабилизаторы и другие вспомогательные компоненты. Упаковка: полиэтиленовый контейнер объемом 5 литров. Рабочий раствор многоразового использования. Раствор может использоваться частично, в зависимости от необходимого объема. Срок годности высокоэффективного дезинфицирующего и бактерицидного средства: 3 года. Имеется тест-полоска для контроля

					срока годности раствора. pH дезинфицирующего средства: 5,5-6,5. Рабочий раствор предназначен для дезинфекции, высокоэффективной дезинфекции, стерилизации и спорообразования медицинских инструментов, предметов, эндоскопов. Время дезинфекции: до 10 минут. Время высокоэффективной дезинфекции: 10 минут. Время стерилизации и спорообразования: 60 минут. Уровень опасности: 3-й, 4-й класс. Должен иметь сертификат качества и методическую инструкцию по применению Министерства здравоохранения РА. Должна быть гарантия совместимости от производителей медицинского оборудования Olympus, Storz, Pentax, Fuji или других всемирно известных производителей. Препарат должен иметь сертификат качества, свидетельство о государственной регистрации в ЕАЭС и методическую инструкцию по применению Минздрав РА
--	--	--	--	--	---