

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Խնամյալի մոնիտոր	Խնամյալի մոնիտոր	Խնամյալի մոնիտոր	Խնամյալի մոնիտոր	Խնամյալի մոնիտորը ցուցադրելու է սրտագրությունները, չափելու է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR): Օգտագործվելու է հիվանդների մոնիտորինգի համար տեղափոխման ժամանակ՝ մարտկոցների միջոցով, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվելու է Էկրանին ալիքի և

թվային ցուցանիշների ձևով:
 Մոնիտորի էկրան Դիսփլեյ.
 գունավոր TFT կամ LED կամ LCD
 էկրան, էկրանի անկյունագիծը ոչ
 պակաս քան 15", ոչ պակաս քան 8
 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման
 համար ունենա ցուցադրման
 դաշտեր: Թողունակության
 արագությունը պետք է լինի ոչ
 պակաս քան հետևյալ
 ցուցանիշների համար՝ 6.25, 12.5, 25
 մմ / վրկ Մարտկոցը պետք է լինի
 ինտեգրված: Մարտկոցի
 գործարկման ժամանակը ՝ ոչ
 պակաս քան 3 ժամ: Սնուցում՝
 100~250 (Վ)AC, 50/60Հց
 Մոնիտորինգի պարամետրերը
 ներառելու են ՝ EUG, RESP, NIBP,
 SPO2, սրտի զարկերի
 հաճախականություն, DUAL-TEMP S-
 T, սեգմենտի սինխրոն
 հայտնաբերում և վերլուծություն
 Սարքը պետք է ունենա բոլոր
 պարամետրերի գրաֆիկական և
 աղյուսակային տրենդներ NIBP,
 HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP,
 տվյալների պահպանում (ոչ պակաս
 քան 330 ժամ) Սարքը պետք է
 ունենա կենտրոնական մոնիտոր

կայանի հետ կապնվելու
 հնարավորություն ECG Ուղիի
 ռեժիմը/lead mode/՝ 5 ուղի (R, L, F,
 N, C կամ RA, LA, LL, RL,V) Ուղիի
 ընկտրություն /Lead selection/՝ I, II,
 III, avR, avL, avF, V, Ալիքի ձև
 /Waveform/՝ 2-ալիք Ուղիի ռեժիմը՝ 3
 ուղի (R, L, F կամ RA, LA, LL) Ուղիի
 ընկտրություն՝ I, II, III, Ալիքի ձև՝
 1-ալիք Կալիբրացման ազդանշան ոչ
 ավել, քան՝ 1 mVp-p, ճշգրտությունը՝
 $\pm 5\%$ Սրտի զարկերի չափման և
 ահազանգի միջակայքը ոչ պակաս,
 քան՝ 15-ից 300 գ/րոպե
 Չգայունությունը ոչ պակաս, քան
 200 (սV P-P) Դիֆերենցիալ
 մուտքային դիմադրություն ոչ
 պակաս, քան՝ 5 MΩ ԷԿԳ
 ազդանշանի տիրույթ՝ ± 8 mV (Vp-p
) ST սեգմենտի մոնիտորինգի
 տիրույթ՝ Չափում և ազդանշան ոչ
 պակաս քան -2.0 ~ +2.0 mV ARR
 հայտնաբերում Տեսակը՝ ASYSTOLE,
 VFIB/VTAC, COUPLET, BIGEMINY,
 TRIGEMINY, R ON T, VT»2, PVC,
 TACHY, BRADY, MISSED BEATS, PNP ,
 PNC Մուտք. ECG մալուխ,
 ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ
 Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և

					տեսողական ազդանշան RESP Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն ոչ պակաս, քան՝ 2,5 MΩ Չափման դիմադրության տիրույթը՝ 0.3~5.0Ω Չափման և ազդանշանային միջակայքը ՝ Մեծահասակ՝ 0-120 շնչ/րոպե ; Մանուկ/նորածին՝ 0-150 շնչ / րոպե SPO2 Թթվածնի հագեցվածություն (SPO2): Չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան՝ 0 - 100% NIBP Մեթոդը ՝ օսկիլոմետրիկ, ռեժիմը ՝ ձեռքի / ավտոմատ/ STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն Չափման միջակայքը ավտոմատ ռեժիմում՝ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240,480 (Min) Սրտի զարկերի հաճախականությունը ՝ 40 ~ 240 զարկ/րոպե Ազդանշանի տեսակը՝ SYS, DIA, MEAN Չափման և ազդանշանային տիրույթ Մեծահասակների ռեժիմ SYS ոչ պակաս, քան՝ 40 ~ 270 մմ ս.ս. DIA ոչ պակաս, քան ՝ 10 ~ 215մմ ս.ս. MEAN ոչ պակաս, քան՝ 20 ~ 235 մմ ս.ս. Մանկական ռեժիմ SYS ոչ պակաս, քան՝ 40 ~ 200 մմ ս.ս. DIA ոչ պակաս, քան՝ 10 ~ 150 մմ ս.ս. MEAN ոչ պակաս, քան՝ 20 ~ 165 մմ
--	--	--	--	--	---

					մասնագետի կողմից Երաշխիք՝ 12 ամիս Սարքեր պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	---