

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	STA NEOPTIMAL 10	STA NEOPTIMAL 10	STA NEOPTIMAL 10	Diagnostica Stago	Stago ընկերության STA Compact Max վերլուծիչի համար Նախատեսված Ստա Նեոպտիմալ 10/ STA NeoPTimal 10/: Օրիգինալ: Մեթոդ՝ Մակարդելիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Ֆորմատ 1200 թեստ, եթե հետազոտությունը կատարվի STA Compact Max սարքի վրա՝ օգտագործելով ընկերության կողմից տրամադրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Նեոպտիմալ10 թեստի ISI արժեքը (0.9-1.1)

				միջակայքում է, զգայուն չէ մինչև 1 IU/ml ոչ ֆրակցիոն հեպարինի և մինչև 1.5 IU/ml anti-Xa ցածրմոլեկուլային կշիռ ունեցող հեպարինի նկատմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8 C ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Պարտադիր պայման է՝ ապրանքի չօգտագործված լինելը:Արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագիր ISO 9001, CE Mark:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U9L-ECXU72F-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
44					