

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/28 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
98	Ստերանիոս 2% 5լ	STERANIOS 2% NG, ECS	Լաբորաթրիս ԱՆԻՈՍ	Բաղադրությունը - Գլուտարալդեհիդ 2%, հակակոռոզիոն հավելումներ, կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը - 5 լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա: 5 լիտր աշխատանքային լուծույթ՝ բազմակի օգտագործման համար, որի պիտանելիության ժամկետը 30 օր է: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը 10րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը 60 րոպե: Ունի ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված հրահանգ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1-244-144412P-2026/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
98	Стераниос 2% 5л	АНИОС	АНИОС	"Состав: глутаровый альдегид 2%, антикоррозионные добавки, стабилизирующие вещества и другие вспомогательные компоненты. Упаковка – полиэтиленовая тара. 5 литров 2% рабочего раствора многократного использования, срок годности которого составляет не менее 30 дней. Рабочий раствор может готовиться из концентрата в необходимом объеме. Срок годности концентрата – 2–3 года. Средство должно иметь тест-полоски для контроля пригодности рабочего раствора. pH дезинфицирующего средства: 5,5–6,5. Рабочий раствор предназначен для дезинфекции, высокоуровневой дезинфекции, стерилизации и спорицидной обработки медицинских инструментов, предметов и эндоскопов. Время дезинфекции – до 10 минут. Время высокоуровневой

				дезинфекции – до 10 минут. Время стерилизации и спороцидной обработки – до 60 минут. Класс опасности – 3-й, 4-й. Имеет сертификат качества, свидетельство о государственной регистрации ЕАЭС и методические указания по применению, утверждённые Минздрав РА.
--	--	--	--	--