

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԳՍԳՆՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Roche Diabetes Care	Accu-Chek Performa	Accu-Chek Performa	Roche Diabetes Care	Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված Accu-Chek Performa գլյուկոմետրի համար: Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն: Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրոքիմիական: Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ :Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ: Արյան ծավալը՝ 0.6 մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 8- 44 °C :Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10-90%: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝ 10-65%: Կալիբրացիա՝ համակարգը

				կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է ISTՀափորոշիչին:Ֆերմենտ`Mut. Q-GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ: Թեստերիզների ժամկետը` պետք է չփոփոխվի անկախ սրվակի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: CE0123 `տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դերեկտիվի չափորոշիչներին: Մասնակիցը կներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված ՀՀ տարածքում վաճառքի արտոնագիր (ավտորիզացիա): Հանձնման պահին ապրանքը կունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ , կլինի փակ, մի կողմից ռուսերեն մակնշմամբ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9U9L7-ELXL72F-26/04
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					