

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/77 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	B. Braun Dialog+ կամ համարժեք Baxter AK98 կամ համարժեք Fresenius 4008S կամ համարժեք Nikisso DBB-EXA	Հեմոդիալիզի սարք	B. Braun Dialog+ կամ համարժեք Baxter AK98 կամ համարժեք Fresenius 4008S կամ համարժեք Nikisso DBB-EXA	B. Braun Dialog+ կամ համարժեք Baxter AK98 կամ համարժեք Fresenius 4008S կամ համարժեք Nikisso DBB-EXA	Սարքը պետք է նախատեսված լինի հեմոդիալիզի անցկացման համար՝ ոչ պակաս քան ցածր թափանցելիությամբ (low flux) և բարձր թափանցելիությամբ (high flux)+RC:R[6]C Մարտկոցի առկայություն Մեքենան պետք է ունենա մանրէների զտիչ (Օրինակ՝ պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր Աուդիո-, տեսա- ագդանշանների առկայություն Մոնիտորին բուժման պարամետրերի ցուցադրման առկայություն Միզանյութի վրա հիմնված KT/V շարունակական

					մոնիտորինգի հնարավորության առկայությունն Խտանյուրթի սպասում ռեժիմի առկայությունն Հեպարինի համար ներարկիչ դիսպանսերի առկայությունն Bicart կամ Bibag պահիչի առկայությունն Բոլոր սարքերի համար պետք է մատակարարվեն արյան ճնշումը չափելու մանժետոները (ճարմանդները) Սարքի ախտահանման և մաքրման համակարգի առկայությունն Պետք է ունենա ինտեգրված ջերմային և/կամ քիմիական ախտահանման հնարավորություն՝ ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր շաբաթային գրաֆիկով Պետք է ունենա դրենաժային համակարգ Պետք է հնարավոր լինի մեքենան միացնել համակարգչին Սնուցում. Սնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Առաջարկվող սարքերը պետք է նախատեսված լինեն երկու կամ ավելի արտադրողների ISO 13485 կամ համարժեք և CE Mark կամ համարժեք որակավորում ունեցող պարագաների (դիալիզատոր /հիվանդի
--	--	--	--	--	--

					անհատական ֆիլտր, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ, ռեակտիվներ և այլն) կիրառման համար: Համակարգի տեղադրման և ստանդարտացման համար պահանջվող բոլոր ծախսանյութերը պետք է տրվեն Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Տեղադրումը և մեկնարկը պետք է իրականացվեն սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից Համալիրը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ջրի մաքրման համակարգի միացման համար, Էլեկտրական համակարգերի համար անհրաժեշտ անջատիչներ (Էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն) Ոչ պակաս քան 3 ամիսը մեկ անգամ մասնագետի կողմից համայն սարքավորումների ընդհանուր գործունեության ստուգման համար Երաշխիքային սպասարկման
--	--	--	--	--	---

					ընթացքում արտադրողի կողմից սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման իրականացում՝ ներառյալ անհրաժեշտ պահեստամասերի պարտադիր փոխարինմամբ Մատակարար ընկերությունը երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում պետք է ունենա մատակարարված սարքավորումների առավել հաճախ խափանվող դետալների պահեստամասերի որոշակի քանակություն խափանված սարքավորումների (բացառության հիմնական վերանորոգման) առավելագույնը 2 օրվա ընթացքում վերանորոգման նպատակով Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն Հայաստանում: Մատակարար ընկերությունը սարքավորման երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ընթացքում պետք է ունենա հենողիալիզի սարքավորումների սպասարկում իրականացնող ոչ պակաս քան 2 հավաստագրված ինժեներ: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
--	--	--	--	--	---

					կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով սահմանվող բոլոր անհրաժեշտ տվյալները հետևյալ առումներով: MDR-2025/77-նիже представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 технические характеристики սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ