

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	Կոնտրոլ՝ AFP, β -hCG, E2, FSH, LH, Prol, Prog	Ortho Clinical Diagnostics	Կոնտրոլ AFP, β -hCG, E2, FSH, LH, Prol, Prog թեստ հավաքածուների, MicroWell եղանակով, նախատեսված Vitros 3600 սարքավորման համար: Պահպանման պայմանները 2-8°C ջերմաստիճանում: Տուփում քանակը՝ 3 մակարդակ/3 հավաքածու: 1009406

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
27	-	-	-