

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	HAR23 HARMONIC ACE® +	Johnson & Johnson, Ethicon Endo	Հարմոնիկ ուլտրաձայնային ծայրադիր 5 մմ 23 սմ ատրճանակատիպ: Մկրատ կոագուլյացիոն ուլտրաձայնային Էրգոնոմիկ ատրճանակաձեվ բռնակով, բաց և Էնդոսկոպիկ վիրահատությունների համար, ձեռքի ակտիվացման հնարավորությամբ: Նախատեսված է մինչև 5 մմ Ներառյալ անոթների և հյուսվածքների միաժամանակյա հատելու և կոագուլացնելու համար: Ակտիվացման բացակայության դեպքում կարող է կիրառվել որպես գրասպեր և դիսեկտոր: Մկրատի տիտանային սայրի երկայնական տատանման հաճախությունը կազմում է 55,5 կՀց: Մկրատը կարելի է ակտիվացնել ձեռքի կառավարման (MIN) և (MAX) կոճակների միջոցով, որոնք տեղակայված են մկրատի բռնակի մարմնի առաջային մակերեսին /արագ հասանելիության համար/ կամ ոտքի առբերիչի միջոցով: MIN ակտիվացման կոճակը տեղակայված է մկրատի բռնակի մարմնի Ներքևի մասում, MAX կոճակը տեղակայված է մկրատի բռնակի մարմնի վերևի մասում , անմիջապես ցողունի պտույտի օդի մոտ: Կոճակների ընդհանուր քանակը կազմում է 2 հատ: Բռնակի մարմինը ունի բրանշերի ամբողջական

առբերման ներկառուցված տակտիլ և ծայնային ինդիկացիայի մեխանիզմ:
Առկա է հյուսվածքների ադապտացիայի տեխնոլոգիա գեներատորի հետ
հետադարձ կապի և ծայրադիրի ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի վերահսկում
G11 գեներատորի միջոցով, որի շնորհիվ հնարավոր է լինում աշխատանքի
ընթացքում ճանաչել ծայրադիրը , վերահսկել նրա աշխատանքը ելքային
հզորության մոդուլացիայի և նրա նվազեցման հաշվին, որի արդյունքում
ավելանում է սարքի աշխատանքի էֆֆեկտիվությունը և արագությունը,
ինչպես նաև նվազում է հյուսվածքների կողմնային ջերմային
վնասումը:Առկա է ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի բարձրացման լրացուցիչ
ծայնային ազդանշան որը հնարավորություն է տալիս ավելի կատարյալ
վերահսկել հեմոստազի որակը:Ցողունը ունի հատուկ հակափայլատակման
ծածկույթ:Ցողունի երկարությունը 23 սմ, ակտիվ սայրի ծայրից մինչև
պտտման օղը:Գործիքի ընդհանուր երկարությունը - 34,2 սմ:Սայրի
մաքսիմալ ամպլիտուդան կազմում է 85,9 մկմ:Ցողունի տրամագիծը
կազմում է 5 մմ:Ցողունի պտույտը կազմում է 360° որն իրականացվում է
պտույտի օղի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման
մասում (ապահովում է արագ հասանելիություն մեկ ձեռքի միջոցով)
-հեշտացնելով գործիքի և վիրահատվող հյուսվածքների
տեսանելիությունը:Պասիվ բրանշի վրա երկու կողմնային մակերեսներին
առկա են 5 մմ երկարության ինդիկատորներ:Առկա է ակոսավոր մուտք
լապարասկոպիկ բռնակին միանալու համար:Բրանշերի առբերման
ատրճանակձև բռնակ:Բրանշերի առբերման բռնակի վրա ներքին
մակերեսին, ձեռքի ակտիվացման կոճակների և պտտման օղի վրա առկա
են ռետինե ներդիրներ որոնք կանխում են վիրաբույժի ձեռքերի սահումը և
նպաստում են նրա ձեռքերի հարմարավետ տեղակայմանը:Աշխատանքային
մասը բաղկացած է ակտիվ (սայր) և պասիվ բրանշերից:Ակտիվ բրանշը
տիտանային է հյուսվածքների սոսնձումը կանխող հատուկ ծածկույթով, կոր
է սև որի շնորհիվ նվազեցվել է փայլատակումը և ավելացվել
աշխատանքային տարածքի տեսանելիությունը,կտրվածքի վրա ունի

		վեցանկյուն տեսք:Ակտիվ բրանշի ուռուցիկ և գոգավոր մակերեսները ինչպես նաև պրոքսիմալ մասը հիմնականում նախատեսված են հյուսվածքների կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը, ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ հատվածը /ծայրը/ նախատեսված են հյուսվածքները հատելու համար:Պասիվ բրանշը ունի պլաստիկ ակոսավոր վրադիր հյուսվածքների հետ արդյունավետ աշխատելու համար:Ակտիվ բրանշի երկարությունը կազմում է 15 մմ:Պասիվ բրանշի լայնությունը կազմում է 2,67 մմ:Բրանշերի բացվածքը կազմում է 11,35 մմ:Սեղմող բրանշի շեղման մաքսիմալ անկյունը կազմում է 22°:Մատակարարվում է աշխատանքային մասի շարժական գորշ բանալիով:Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար, ենթակա չէ կրկնակի ստերիլիզացիայի:Մատակարարվում է ստերիլ , կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլյատորով հիվանդների մոտ:Համատեղելի է GEN11 գեներատորի հետ «հարմոնիկ» ծայրադիրների համար նախատեսված հատուկ փոխարկիչի միջոցով:Մատակարարը պետք է տրամադրի GEN11-ի արտադրող /Ջոնսոն Եվ Ջոնսոն կորպորացիա/-ի կողմից պաշտոնական նամակ, որով կհաստատի, որ իր ներկայացված ծայրադիրները համատեղելի են GEN11 գեներատորի հետ և կիրառման դեպքում անվնաս են սարքի , բուժ անձնակազմի եվ հիվանդի համար
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
34	-	-	-