

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	Accu-Chek Active	Roche Diabetes Care	Շաքարաչափի թեստ-երիզներ Ակկու-Չեկ Ակտիվ սարքի համար: Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ, Արյան ծավալը՝ 1-2 մկլ, Կալիբրացիա՝ համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Անգեն աչքով ստուգելու հնարավորություն Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197 չափորոշիչների պահանջներին: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ +2 մինչև +30 C: CE0123 ՝ տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դերեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին: Աշխատանքային ջերմաստիճանն +8-ից մինչև 42: Գործառնական բարձրություն՝ մինչև 4000 մ ծովի մակարդակից: Տվյալների փոխանցում համակարգչին՝ USB (MicroB): Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր (ավտորիզացիա) և որակի հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով: Հանձնման պահին ապրանքը կՐունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦДЦЧЗР-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
39			