

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ԱՄԱԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
89	"Ֆիբրինոգենի որոշման տեստ հավաքածու, Նախատեսված -Coag 2D մոդելի կոագուլոմետրի համար: Մեթոդ՝ Վոն Կլաուս: Ֆորմատ՝ ոչ ավել, քան 12 x2մլ, Dia-FIB 2 480 թեստ Ստուգվող նմուշ՝ պլազմա: Ձեռնարկում պարունակվի կոագուլոմետրի ծրագրավորման մեթոդը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8°C: "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУРЧ-ЕЦУПЗР-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
89	