ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
56	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Քնային զարկերակի ինքնաբացվող ստենտ, դիզայն՝ հյուսված, փակ բջիջներ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք, ռենտգենոկոնտրաստ մարկեր թելի ձևով, առաքման համակարգը Monorail տիպի, շավթի երկարությունը 135սմ (±1սմ), համատեղելի ինտրադյուսեր՝ 5F և 6F, համատեղելի ուղղորդիչ՝ 0.014"": Ստենտի չափսերը՝ տրամագիծը՝ 6,0մմ, երկարությունը 22մմ, ընդ որում չափսերը չսահմանափակվող: Կախված վիրահատվող անոթի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից պահանջվող տրամագիծը՝ 8,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 24մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 36մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի

				վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
56	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Քնային զարկերակի ինքնաբացվող ստենտ, դիզայն՝ հյուսված, փակ բջիջներ, նյութը՝ կոբալտ-քրոմ համաձուլվածք, ռենտգենոկոնտրաստ մարկեր թելի ձևով, առաքման համակարգը Monorail տիպի, շավթի երկարությունը 135սմ (±1սմ), համատեղելի ինտրադյուսեր՝ 5F և 6F, համատեղելի ուղղորդիչ՝ 0.014"": Ստենտի չափսերը՝ տրամագիծը՝ 6,0մմ, երկարությունը 22մմ, ընդ որում չափսերը չսահմանափակվող: Կախված վիրահատվող անոթի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից պահանջվող տրամագիծը՝ 8,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 24մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 36մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի

				վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: "