

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
72	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Ստենտ պերիֆերիկ ծավվող: Ստենտի նյութը՝ նիտինոլ: Նիտինոլային լարերի հյուսված համակարգով կառուցվածքի շնորհիվ ստենտը օժտված է բարձր շարժունակությամբ առանց դիամետրի նվազման: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահաջվող նոմինալ տրամագիծերն են՝ 4մմ, 5մմ, 6մմ, 7մմ, 8մմ, 9մմ, 10մմ, 12մմ, 14մմ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող նոմինալ երկարություններն են՝ 20մմ, 30մմ, 40մմ, 50մմ, 60մմ, 70մմ, 80մմ, 90մմ, 100մմ, 110մմ, 120մմ, 150մմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից՝ առաքման համակարգի պահանջվող երկարություններն են՝ 80սմ, 100 սմ, 120սմ, 135սմ: 6Fr և 7Fr առաքման համակարգերի հասանելի

				ուղղորդիչը՝ 0,035": Առաքման համակարգը՝ OTW տեսակի: CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
72	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Ստենտ պերիֆերիկ ծալվող: Ստենտի նյութը՝ նիտինոլ: Նիտինոլային լարերի հյուսված համակարգով կառուցվածքի շնորհիվ ստենտը օժտված է բարձր շարժունակությամբ առանց դիամետրի նվազման: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահաջվող նոմինալ տրամագիծերն են՝ 4մմ, 5մմ, 6մմ, 7մմ, 8մմ, 9մմ, 10մմ, 12մմ, 14մմ: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստենտի պահանջվող նոմինալ երկարություններն են՝ 20մմ, 30մմ, 40մմ, 50մմ, 60մմ, 70մմ, 80մմ, 90մմ, 100մմ, 110մմ, 120մմ, 150մմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից՝ առաքման համակարգի պահանջվող երկարություններն են՝ 80սմ, 100 սմ, 120սմ, 135սմ: 6Fr և 7Fr առաքման համակարգերի հասանելի

				ուղղորդիչը՝ 0,035": Առաքման համակարգը՝ OTW տեսակի: CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--	--	---