

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |               |                        |   |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------------|---|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը       | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 75                 | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ       | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ          | <p>Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.035 կամ 0.038 դյույմ:</p> <p>Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունները՝ 75 սմ, 145 սմ, 180 սմ, 260 սմ: Միջուկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ:</p> <p>Միջուկի կառուցվածքը՝ խիստ ուժեղացված աջակցություն: Ծածկույթը՝ տեֆլոն ( PTFE): Պահանջվող ծայրի ձևը՝ ուղիղ, J-աձև 3մմ, ձևավորված դիստալ հատված 3սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող ճկուն ծայրի երկարությունները՝ 1սմ, 4սմ, 6սմ, 7սմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է:<br>Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ<br>փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական<br>ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և<br>օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի<br>ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության<br>ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |               |                            |   |
|------------|--------------------|---------------|----------------------------|---|
|            | товарный знак      | марка         | наименование производителя | технические характеристики  |
| 75         | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ      | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ              | <p>Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.035 կամ 0.038 դյույմ:</p> <p>Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունները՝ 75 սմ, 145 սմ, 180 սմ, 260 սմ: Միջուկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ:</p> <p>Միջուկի կառուցվածքը՝ խիստ ուժեղացված աջակցություն: Ծածկույթը՝ տեֆլոն ( PTFE): Պահանջվող ծայրի ձևը՝ ուղիղ, J-աձև 3սմ, ձևավորված դիստալ հատված 3սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող ճկուն ծայրի երկարությունները՝ 1սմ, 4սմ, 6սմ, 7սմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է:<br>Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ<br>փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական<br>ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և<br>օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի<br>ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության<br>ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: |
|--|--|--|--|---|