

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
78	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Ուղղորդիչ լարի պահանջվող տրամագիծը՝ 0,018 դյույմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունները՝ 110 սմ, 150 սմ, 200 սմ, 300 սմ: Միջուկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Ծածկույթը՝պոլիմերային հիդրոֆիլ: Ռենտգենկոնտրաստ՝ դիստալ հատվածում, տեֆլոնային(PTFE)՝ պրոքսիմալ հատվածում: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի ծայրի պահանջվող կոշտությունը՝ 6գ, 8գ: Ծայրի ձևը՝ ձևավորված դիստալ հատված՝ 2 սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 8սմ, 12սմ: Ուղղորդիչ լարի ծայրը</p>

				<p>հնարավոր է մոդելավորել: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
78	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Ուղղորդիչ լարի պահանջվող տրամագիծը՝ 0,018 դյույմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունները՝ 110 սմ, 150 սմ, 200 սմ, 300 սմ: Միջուկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Ծածկույթը՝ պոլիմերային հիդրոֆիլ: Ռենտգենկոնտրաստ՝ դիստալ հատվածում, տեֆլոնային (PTFE)՝ պրոքսիմալ հատվածում: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի ծայրի պահանջվող կոշտությունը՝ 6գ, 8գ: Ծայրի ձևը՝ ձևավորված դիստալ հատված՝ 2 սմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 8սմ, 12սմ: Ուղղորդիչ լարի ծայրը</p>

				<p>հնարավոր է մոդելավորել: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---