ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
148	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Լապարոսկոպիկ տրոակար՝ Կոմպլեկտ. Ստիլետ, կանյուլա, սիլիկոնե թերթիկով փական Կրկնակի օգտագործման Աշխատանքային մասի արտաքին տրամագիծը՝ առնվազն 3.7 և առավելագույնը 4,0 մմ Աշխատանքային մասի ներքին տրամագիծը՝ առնվազն 3,5 և առավելագույնը 3,8 մմ Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ առնվազն 4.5 և առավելագույնը 5.5 սմ Ինսուֆլյացիայի միացք LUER կողպմամբ Ստերիլիզացիա գոլորշով՝ 134°C, 2 մթն, 5 րոպե Կանյուլայի աշխատանքային մասի արտաքին մակերեսը՝ հարթ Կանյուլայի համատեղելիություն KARL STORZ ընկերության տրոակարի ստիլետների և փականների հետ Աշխատանքային մասի նյութը՝ մետաղ Աշխ. մասի ծայրի անկյունը, աստիճան՝ առնվազն 43° և առավելագույնը 47° Գունային մարկիրովկայի

				առկայություն Ստիլետ՝ պիրամիդաձեւ ձևով Ստիլետի համատեղելիություն KARL STORZ-ի տրոակարի կանյուլայի և փականի հետ Սիլիկոնե թերթիկով փական Փականի համատեղելիություն KARL STORZ-ի տրոակարի ստիլետի և կանյուլայի հետ Կանյուլայի կորպուսը՝ պատրաստված է պլաստիկից Կանյուլայի և կափարիչի միացման տիպ՝ պտուտակային: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Տրոակորի տեղադրումը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Տրոակորը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
148	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Լապարոսկոպիկ տրոակար՝ Կոմպլեկտ. Ստիլետ, կանյուլա, սիլիկոնե թերթիկով փական Կրկնակի օգտագործման Աշխատանքային մասի արտաքին տրամագիծը՝ առնվազն 3.7 և առավելագույնը 4,0 մմ Աշխատանքային մասի ներքին տրամագիծը՝ առնվազն 3,5 և առավելագույնը 3,8 մմ Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ առնվազն 4.5 և առավելագույնը 5.5 սմ Ինսուֆլյացիայի միացք LUER կողպմամբ Ստերիլիզացիա գոլորշով՝ 134°C, 2 մթն, 5 րոպե Կանյուլայի աշխատանքային մասի արտաքին մակերեսը՝ հարթ Կանյուլայի համատեղելիություն KARL STORZ ընկերության տրոակարի ստիլետների և փականների հետ Աշխատանքային մասի նյութը՝ մետաղ Աշխ. մասի ծայրի անկյունը, աստիճան՝ առնվազն 43° և առավելագույնը 47° Գունային մարկիրովկայի

				առկայություն Ստիլետ՝ պիրամիդաձեւ ձևով Ստիլետի համատեղելիություն KARL STORZ-ի տրոակարի կանյուլայի և փականի հետ Սիլիկոնե թերթիկով փական Փականի համատեղելիություն KARL STORZ-ի տրոակարի ստիլետի և կանյուլայի հետ Կանյուլայի կորպուսը՝ պատրաստված է պլաստիկից Կանյուլայի և կափարիչի միացման տիպ՝ պտուտակային: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Տրոակորի տեղադրումը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Տրոակորը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի: