# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 149 | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Լապարոսկոպիկ տրոակար Տրամագիծը՝ առնվազն 4.7մմ և առավելագույնը 5մմ Երկարությունը՝ առնվազն 5,5սմ և առավելագույնը 6.5սմ Պիրամիդաձեւ ստիլետ Սիլիկոնե թերթիկով փական Ինսուֆլյացիայի միացք Կոմպլեկտ. Ստիլետ, կանյուլա, սիլիկոնե թերթիկով փական Կրկնակի օգտագործման Ինսուֆլյացիայի միացք LUER կողպմամբ Ստերիլիզացիա գոլորշով՝ 134°C, 2 մթն, 5 րոպե Կանյուլայի աշխատանքային մասի արտաքին մակերեսը՝ հարթ Կանյուլայի համատեղելիություն KARL STORZ ընկերության տրոակարի ստիլետների և փականների հետ Աշխատանքային մասի նյութը՝ մետաղ Աշխ. մասի ծայրի անկյունը, աստիճան՝ առնվազն 43° և առավելագույնը 47° Գունային մարկիրովկայի առկայություն Ստիլետ՝ պիրամիդաձեւ ձևով Ստիլետի համատեղելիություն KARL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | STORZ-ի տրոակարի կանյուլայի և փականի հետ Փականի համատեղելիություն KARL STORZ-ի տրոակարի ստիլետի և կանյուլայի հետ Կանյուլայի կորպուսը՝ պատրաստված պլաստիկից Կանյուլայի և կափարիչի միացման տիպը՝ պտուտակային Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Տրոակորի տեղադրումը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Տրոակորը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 149 | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Լապարոսկոպիկ տրոակար Տրամագիծը՝ առնվազն 4.7մմ և առավելագույնը 5մմ Երկարությունը՝ առնվազն 5,5սմ և առավելագույնը 6.5սմ Պիրամիդաձեւ ստիլետ Սիլիկոնե թերթիկով փական Ինսուֆլյացիայի միացք Կոմպլեկտ. Ստիլետ, կանյուլա, սիլիկոնե թերթիկով փական Կրկնակի օգտագործման Ինսուֆլյացիայի միացք LUER կողպմամբ Ստերիլիզացիա գոլորշով՝ 134°C, 2 մթն, 5 րոպե Կանյուլայի աշխատանքային մասի արտաքին մակերեսը՝ հարթ Կանյուլայի համատեղելիություն KARL STORZ ընկերության տրոակարի ստիլետների և փականների հետ Աշխատանքային մասի նյութը՝ մետաղ Աշխ. մասի ծայրի անկյունը, աստիճան՝ առնվազն 43° և առավելագույնը 47° Գունային մարկիրովկայի առկայություն Ստիլետ՝ պիրամիդաձեւ ձևով Ստիլետի համատեղելիություն KARL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | STORZ-ի տրոակարի կանյուլայի և փականի հետ Փականի համատեղելիություն KARL STORZ-ի տրոակարի ստիլետի և կանյուլայի հետ Կանյուլայի կորպուսը՝ պատրաստված պլաստիկից Կանյուլայի և կափարիչի միացման տիպը՝ պտուտակային Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Տրոակորի տեղադրումը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Տրոակորը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի: |