

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
149	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Լապարոսկոպիկ տրոակար Տրամագիծը՝ առնվազն 4.7մմ և առավելագույնը 5մմ Երկարությունը՝ առնվազն 5,5սմ և առավելագույնը 6.5սմ Պիրամիդաձեւ ստիլետ Սիլիկոնե թերթիկով փական Ինսուֆլյացիայի միացք Կոմպլեկտ. Ստիլետ, կանյուլա, սիլիկոնե թերթիկով փական Կրկնակի օգտագործման Ինսուֆլյացիայի միացք LUER կողպամամբ Ստերիլիզացիա գոլորշով՝ 134°C, 2 մթն, 5 րոպե Կանյուլայի աշխատանքային մասի արտաքին մակերեսը՝ հարթ Կանյուլայի համատեղելիություն KARL STORZ ընկերության տրոակարի ստիլետների և փականների հետ Աշխատանքային մասի նյութը՝ մետաղ Աշխ. մասի ծայրի անկյունը, աստիճան՝ առնվազն 43° և առավելագույնը 47° Գունային մարկիրովկայի առկայություն Ստիլետ՝ պիրամիդաձեւ ձևով Ստիլետի համատեղելիություն KARL</p>

				<p>STORZ-ի տրոակարի կանյուլայի և փականի հետ Փականի համատեղելիությունը KARL STORZ-ի տրոակարի ստիլետի և կանյուլայի հետ Կանյուլայի կորպուսը՝ պատրաստված պլաստիկից Կանյուլայի և կափարիչի միացման տիպը՝ պտուտակային Նոր Է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Տրոակորի տեղադրումը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Տրոակորը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
149	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Լապարոսկոպիկ տրոակար Տրամագիծը՝ առնվազն 4.7մմ և առավելագույնը 5մմ Երկարությունը՝ առնվազն 5,5սմ և առավելագույնը 6.5սմ Պիրամիդաձև ստիլետ Սիլիկոնե թերթիկով փական Ինսուֆլյացիայի միացք Կոմպլեկտ. Ստիլետ, կանյուլա, սիլիկոնե թերթիկով փական Կրկնակի օգտագործման Ինսուֆլյացիայի միացք LUER կողպամամբ Ստերիլիզացիա գոլորշով՝ 134°C, 2 մթն, 5 րոպե Կանյուլայի աշխատանքային մասի արտաքին մակերեսը՝ հարթ Կանյուլայի համատեղելիություն KARL STORZ ընկերության տրոակարի ստիլետների և փականների հետ Աշխատանքային մասի նյութը՝ մետաղ Աշխ. մասի ծայրի անկյունը, աստիճան՝ առնվազն 43° և առավելագույնը 47° Գունային մարկիրովկայի առկայություն Ստիլետ՝ պիրամիդաձև ձևով Ստիլետի համատեղելիություն KARL</p>

				<p>STORZ-ի տրոակարի կանյուլայի և փականի հետ Փականի համատեղելիությունը KARL STORZ-ի տրոակարի ստիլետի և կանյուլայի հետ Կանյուլայի կորպուսը՝ պատրաստված պլաստիկից Կանյուլայի և կափարիչի միացման տիպը՝ պտուտակային Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Տրոակորի տեղադրումը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Տրոակորը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	--