

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
154	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի համար արյան ճնշման ինվազիվ չափման /IBP/ մոդուլ: Մոդուլը պարտադիր համատեղելի է E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Տեխնիկական բնութագրիչներ՝ չափման տեսակ՝ ինվազիվ արյան ճնշում (IBP): Սենսորների տեսակ՝ ստանդարտ disposable կամ reusable pressure transducer-ների աջակցում: Թարմացման հաճախականություն՝ իրական ժամանակում, շարունակական: Ֆունկցիոնալ հնարավորությունները՝ ցուցադրում սիստոլիկ, դիաստոլիկ և միջին (MAP) ճնշման արժեքներ: Ալիքագծի (waveform) գրաֆիկական ցուցադրում: Չգուշացման (alarm) կարգավորելի սահմաններ: Ավտոմատ զրոյացում (zeroing) և կալիբրացիայի</p>

				<p>հնարավորություն: Ինտեգրում մոնիտորի ընդհանուր ազդանշանային համակարգին: Նոր E, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: Մոդուլը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
154	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի համար արյան ճնշման ինվազիվ չափման /IBP/ մոդուլ: Սողուլը պարտադիր համատեղելի է E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Տեխնիկական բնութագրիչներ՝ չափման տեսակ՝ ինվազիվ արյան ճնշում (IBP): Սենսորների տեսակ՝ ստանդարտ disposable կամ reusable pressure transducer-ների աջակցում: Թարմացման հաճախականություն՝ իրական ժամանակում, շարունակական: Ֆունկցիոնալ հնարավորությունները՝ ցուցադրում սիստոլիկ, դիաստոլիկ և միջին (MAP) ճնշման արժեքներ: Ալիքագծի (waveform) գրաֆիկական ցուցադրում: Չգուշացման (alarm) կարգավորելի սահմաններ: Ավտոմատ զրոյացում (zeroing) և կալիբրացիայի</p>

				<p>հնարավորություն: Ինտեգրում մոնիտորի ընդհանուր ազդանշանային համակարգին: Նոր E, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: Մոդուլը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	---