ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
155	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի էլեկտրասրտագրության մալուխ-կաբել: Մալուխը պարտադիր համատեղելի է E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Միացումը մոնիտորին՝ գործարանային ստանդարտ միակցիչով: Մալուխի տեսակը՝ ԷՍԳ բազմալար (ECG patient cable): Լարերի քանակ՝ 3 լար կամ 5 լար (կամ երկուսի աջակցում): Չափման ալիքների քանակ՝ մինչև 12 լիդ (մոնիտորի հնարավորությունների սահմաններում): Մալուխի ընդհանուր երկարություն՝ ոչ պակաս քան 2.5 մ: Միակցիչների տեսակ՝ snap կամ clip (ընդունելի է երկուսն էլ): Կոնտակտների նյութը՝ կոռոզիակայուն, բժշկական օգտագործման համար նախատեսված: Ունի բարձր աղմուկադիմադրություն (noise resistant):

				Ապահովում է կայուն և հստակ ԷՍԳ ազդանշան: Դիմացկուն է բազմակի ախտահանման և մաքրման միջոցների նկատմամբ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: Մալուխը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
155	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի էլեկտրասրտագրության մալուխ-կաբել: Մալուխը պարտադիր համատեղելի է E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Միացումը մոնիտորին՝ գործարանային ստանդարտ միակցիչով: Մալուխի տեսակը՝ ԷՍԳ բազմալար (ECG patient cable): Լարերի քանակ՝ 3 լար կամ 5 լար (կամ երկուսի աջակցում): Չափման ալիքների քանակ՝ մինչև 12 լիդ (մոնիտորի հնարավորությունների սահմաններում): Մալուխի ընդհանուր երկարություն՝ ոչ պակաս քան 2.5 մ: Միակցիչների տեսակ՝ snap կամ clip (ընդունելի է երկուսն էլ): Կոնտակտների նյութը՝ կոռոզիակայուն, բժշկական օգտագործման համար նախատեսված: Ունի բարձր աղմուկադիմադրություն (noise resistant):

				Ապահովում է կայուն և հստակ ԷՍԳ ազդանշան: Դիմացկուն է բազմակի ախտահանման և մաքրման միջոցների նկատմամբ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: Մալուխը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:"