

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
158	Բեսթ Ֆիրմ Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸՄ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի ոչ ինվազիվ արյան ճնշման համար մեծահասակների համար մանժետը խողովակով պարտադիր համատեղելի են E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Միացումը մոնիտորին՝ ստանդարտ միակցիչով: Ձեռքի շրջագծի համապատասխան միջակայք՝ մոտ 22-32 սմ (ընդունելի է ավելի լայն միջակայք), մեծահասակների համար: Մանժետի տեսակ՝ reusable: Նյութը՝ բժշկական, փափուկ, մաշկի համար անվտանգ: Դիմացկուն է բազմակի ախտահանմանը և մաքրման միջոցներին: Խողովակի առկայությունը՝ պարտադիր է: Խողովակի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2 մ: Ճկուն է և մեխանիկորեն դիմացկուն: Օդահերմետիկ, առանց արտահոսքի: Ֆունկցիոնալ պահանջները՝ ապահովում է

				<p>ճշգրիտ և կայուն չափում: Համատեղելի է մոնիտորի ավտոմատ և ձեռքով չափման ռեժիմների հետ: Չի առաջացնում ավելորդ անհարմարություն պացիենտի համար: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի ոչ ինվազիվ արյան ճնշման համար մեծահասակների համար մանժետը խողովակով տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
158	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի ոչ ինվազիվ արյան ճնշման համար մեծահասակների համար մանժետը խողովակով պարտադիր համատեղելի են E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Միացումը մոնիտորին՝ ստանդարտ միակցիչով: Ձեռքի շրջագծի համապատասխան միջակայք՝ մոտ 22-32 սմ (ընդունելի է ավելի լայն միջակայք), մեծահասակների համար: Մանժետի տեսակ՝ reusable: Նյութը՝ բժշկական, փափուկ, մաշկի համար անվտանգ: Դիմացկուն է բազմակի ախտահանմանը և մաքրման միջոցներին: Խողովակի առկայությունը՝ պարտադիր է: Խողովակի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2 մ: Ճկուն է և մեխանիկորեն դիմացկուն: Օդահերմետիկ, առանց արտահոսքի: Ֆունկցիոնալ պահանջները՝ ապահովում է</p>

				<p>ճշգրիտ և կայուն չափում: Համատեղելի է մոնիտորի ավտոմատ և ձեռքով չափման ռեժիմների հետ: Չի առաջացնում ավելորդ անհարմարություն պացիենտի համար: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: E-15 մոլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի ոչ ինվազիվ արյան ճնշման համար մեծահասակների համար մանժետը խողովակով տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	--