

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՄԾՊՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/03 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ortho Clinical Diagnostics ORTHO™ Workstation	ORTHO™ Workstation	ORTHO™ Workstation	Ortho Clinical Diagnostics QuidelOrtho Corporation	Իմունոարյունաբանական հետազոտությունների համար Նախատեսված կիսաավտոմատ ինտեգրված լրակազմ` ցենտրիֆուգ և ինկուբատոր միասին մեկ սարք: Ապակյա միկրոսֆերաների կիրառմամբ սյունակային ագլյուտինացիայի մեթոդ: Ցենտրիֆուգ` առավելագույնը 12 կասետայի տեղադրման հնարավորություն, ցենտրիֆուգման տևողություն` 5 րոպե, ցենտրիֆուգման արագությունը 2 փուլով` 1-ին փուլ` 793±10 պտույտ/րոպե 2-րդ փուլ` 1500±10

պտույտ/րոպե: Ինկուբատոր՝
աշխատանքային ջերմաստիճան՝
37°C ± 2°C, կազմված 2 հատվածից,
յուրաքանչյուրը 10-ական կասետայի
տեղադրման հնարավորություն:
Էլեկտրոնային ավտոմատ կաթոցիչ՝
5 ծրագրի առկայությամբ՝
ստանդարտ ծավալը 10մկլ, 40մկլ,
50մկլ: Միանգամյա օգտագործման
ծայրադիրներ՝ 960 հատ:
Աշխատանքային սեղան՝ 12 ֆլակոնի
համար և 48 ապակյա
միկրոսֆերաներով լցված
կասետաների տեղադրման համար:
Հոսանքի լար: Սարքի տեղադրումը
և Երաշխիքային սպասարկումը
պետք է իրականացվի Արտադրողի
կողմից սերտիֆիկացված
մասնագետի կողմից;
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում:
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
կամ ռուսերեն: Սարքավորումը
պետք է լինի նոր, չօգտագործված:
Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր
անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար:
Երաշխիքը 12 ամիս:Որակի
վկայականներ (առկայություն)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УБНФРС-ЕЦХЦНЗР-26/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	-