ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՄԾՊՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/03 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ortho Clinical Diagnostics ORTHO™ Workstation	ORTHO™ Workstation	ORTHO™ Workstation	Ortho Clinical Diagnostics QuidelOrtho Corporation	Իմունոարյունաբանական հետազոտությունների համար նախատեսված կիսաավտոմատ ինտեգրված լրակազմ `ցենտրիֆուգ և ինկուբատոր միասին մեկ սարք: Ապակյա միկրոսֆերաների կիրառմամբ սյունակային ագլյուտինացիայի մեթոդ: Ցենտրիֆուգ՝ առավելագույնը 12 կասետայի տեղադրման հնարավորություն, ցենտրիֆուգման տևողություն՝ 5 րոպե, ցենտրիֆուգման արագությունը 2 փուլով՝ 1-ին փուլ՝ 793±10 պտույտ/րոպե 2-րդ փուլ՝1500±10

						պտույտ/րոպե: Ինկուբատոր՝ աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 37°C ± 2°C, կազմված 2 հատվածից, յուրաքանչյուրը 10-ական կասետայի տեղադրման հնարավորություն: Էլեկտրոնային ավտոմատ կաթոցիչ՝ 5 ծրագրի առկայությամբ՝ ստանդարտ ծավալը 10մկլ, 40մկլ, 50մկլ: Միանգամյա օգտագործման ծայրադիրներ ՝ 960 հատ: Աշխատանքային սեղան՝ 12 ֆլակոնի համար և 48 ապակյա միկրոսֆերաներով լցված կասետաների տեղադրման համար: Հոսանքի լար: Սարքի տեղադրումը և Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի Արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը 12 ամիս:Որակի վկայականներ (առկայություն)

					ISO13485 կամ համարժեք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԾՊՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	-