

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ՎԳԿՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Շաքարաչափի թեստ-երիզներ	ROCHE / Bayer Healthcare AG	Accu-Chek Performa / Contour Plus	ROCHE Diagnostics / © Copyright 2025 Ascensia Diabetes Care Holdings AG	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ, համատեղելի առնվազն Accu-Chek, GlucoPLus, Wellion Calla Light, Control Plus շաքարաչափերի հետ: Այլ մոդելի շաքարաչափ սարքերի առաջարկների դեպքում ավտոմատ վերլուծիչով և նոր ներկայացված շաքարաչափով կատարված հետազոտության արդյունքների միջև շեղման չափը չպետք է գերադասի 12%-ը և ունենա առնվազն ` ISO 13485, ISO 15197 ստանդարտների համապատասխանության

					վկայականներ: Տուփում առկա թեստ երիզների քանակը՝ առնվազն 25 հատ: Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 9 ամիս: Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 50 տոկոսի առկայություն: Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, մատակարարը պարտավոր է նաև նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել շաքարաչափ սարք(եր)ը:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Ч94П-ЕЦДЦП2Р-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Стрипы для глюкометра	ROCHE / Bayer Healthcare AG	Accu-Chek Performa / Contour Plus	ROCHE Diagnostics / © Copyright 2025 Ascensia Diabetes Care Holdings AG	Тест-полоска для гемоглобинового устройства совместима как минимум с измерителем сахара Accu-Chek, GlucoPLus, Wellion Calla Light и Control Plus. В случае других моделей устройств, не содержащих сахара, отклонение между результатами автоматического анализатора и недавно представленного измерителя сахара не должно превышать 12% и иметь как минимумсертификацию ISO 13485, ISO 15197.Количество тестовых прогонов в коробке составляет не менее 25. После

					истечения срока действия пакета, сроки испытаний составляют не менее 9 месяцев. Не менее 50% срока хранения на упаковке на момент поставки. Одновременно с поставкой тестовых лент поставщик должен также пожертвовать или пожертвовать сахарное устройство (а) на льготный период
--	--	--	--	--	--