

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Սարգիս Շախբանդարյան -ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2026-13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ	MERIL	MERIL	MERIL Healthcare Pvt.Ltd	Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ - ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման սյուրը՝ HNSS, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 125°, վզիկի երկարությունը՝ 36,1մմ- ից մինչև 40,6մմ, ունի առնվազն 5 չափ, որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի՝ N00(127/37), N01(149/45), N02(149/45), N03(149/45), N04(149/45): Ոտիկի վրա առկա են ընկղման մակարդակի նշումներ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է

				լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը, մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

« Саргис Шахбандарян» ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ԷԱԱՊԶԲ 2026-13
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ	MERIL	MERIL	MERIL Healthcare Pvt.Ltd	Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ - ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման սյուրը՝ HNSS, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, լայնական հատույթը՝ օվալաձև, անկյունը՝ 125°, վզիկի երկարությունը՝ 36,1մմ- ից մինչև 40,6մմ, ունի առնվազն 5 չափ, որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի՝ N00(127/37), N01(149/45), N02(149/45), N03(149/45), N04(149/45): Ոտիկի վրա առկա են ընկղման մակարդակի նշումներ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է

				լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը, մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների լրակազմով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: FDA որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ՝ երաշխիքային-լիազոր նամակ , իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:
--	--	--	--	---