

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴ-ԻՄՊԵՔՍ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	ARC RUB IGM CTL	Abbott Diagnostics	"Rubella IgM կոնտրոլ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար 2 սրվակ (յուրաքանչյուրը՝ 4,0 մլ): Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin : Բացասական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուլի կայունացուցիչ, իսկ դրական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուլի կայունացուցիչ և Rubella IgM-ի հիբրիդային մոնոկլոնալ հակամարմիններ(human): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕД-ИМПЭКС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
43	ARC RUB IGM CTL	Abbott Diagnostics	Контрольный раствор IgM к вирусу краснухи для прибора ARCHITECT i1000, 2 флакона (по 4,0 мл каждый). Консерванты: азид натрия и ProClin. Отрицательный контрольный тест содержит стабилизатор белков плазмы человека, а положительный контрольный тест содержит стабилизатор белков плазмы человека и гибридные моноклональные антитела IgM к вирусу краснухи (человеческие). Наличие сертификата качества.