ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/09 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Մոդուլային հիվանդի մոնիտոր	BLT	Q7	Guangdong Biolight Meditech Co.LTD	"Մոդուլային հիվանդի մոնիտոր Ոչ պակաս քան 3 ընդարձակման մոդուլի միացման հնարավորություն, աջակցում է մինչև 11 համաժամանակյա պարամետրերի չափում Սենսորային էկրանով և լուսավորված կոճակներով Կարող է գործել արտաքին մկնիկի և ստեղնաշարի միջոցով Թմրամիջոցների դոզայի հաշվարկ, օդափոխման հաշվարկ, օքսիգենացիայի հաշվարկ, տիտրացման աղյուսակի ցուցադրում և հեմոդինամիկ հաշվարկ Լրացուցիչ լիթիում

						իոնային մարտկոց, կրկնակի մարտկոցի խցիկ, մարտկոցից աշխատանքի ժամանակը մինչև ոչ պակաս քան 4 ժամ LCD էկրան, էկրանի չափը ոչ պակաս քան 15 դյույմ; 1024 × 768 պիքսել կամ ավել տարլուծումով Կորերի քանակը ոչ պակաս քան 12, իսկ կորերի ձևը, գույնը և դիրքը կարգավորելի են Հագեցած է ցուցադրման 7 ձևաչափով, ներառյալ ստանդարտ էկրանը, կարճ տենդենցը, մեծ տառատեսակ, այլ մահճակալների դիտում, NIBP վերստուգիչ, 7 առաջատար կանալ և այլն: Մոնիտորը պետք է տրամադրի Glasgow Coma Scale ցուցանիշը որը տրամադրում է մարդու գիտակցության վիճակը նախնական, ինչպես նաև հետագա գնահատման եղանակ: Ստանդարտ պարամետր. ECG, Resp, Spo2, NIBP, PR, 2-TEMP Ընտրովի, IBP, CO2 (հիմնական հոսք, կողային հոսք, միկրո հոսք), AG (հիմնական հոսք, կողային հոսք), EEG, Masimo Rainbow Spo2 միացման հնարավորություն ԷՍԳ՝ 3/5/7 առաջատար կանալ, ընտրովի 12

						առաջատարի հնարավորություն Կարող է ընտրվել մոնիտորինգ, ախտորոշում և շահագործման ռեժիմներ: Կարող է դիմակայել էլեկտրամիոգրաֆիայի, դեֆիբրիլյացիայի և այլնի միջամտությանը: Սրտի կծկումների չափման միջակայք՝ Մեծահասակներ 10 BPM ~ 300 BPM; Երեխաներ և նորածիններ. 10 BPM ~ 350 BPM Սրտի կծկումների չափման ճշգրտություն. ± 1% կամ ± 1 bpm (որն ավելի մեծ է) Ոչ պակաս քան 23 տեսակի ռիթմի վերլուծություն Ոչ պակաս քան 7-ալիքի ST-SEGMENT վերլուծության գործառույթ, մինչև 12-ալիքի ST վերլուծություն ST քարտեզ QT / QTC վերլուծության գործառույթ Շնչառություն՝ Կրծքային դիմադրության մեթոդ Շնչառության հաճախականության դիտարկման միջակայք. 0 ~ 150 rpm Շնչառության հաճախականության չափման ճշգրտություն. ± 2 rpm կամ ± 2% (որն ավելի մեծ է) SPO2՝ Pulse-Tone գործառույթ SPO2- ի մոնիտորինգի միջակայքը՝ 0 ~ 100% SPO2 չափման ճշգրտություն. ± 2% (70 ~ 100% SPO2) Երկակի SPO2

						ռեժիմ, միևնույն ժամանակ նորածնի ձեռքի և ոտքի արյան թթվածին չափում, CCHD գործառույթի առկայություն Pulse Rate՝ Pulse Rate Չափման միջակայքը `20 bpm ~ 250 bpm Ճշգրտություն. ± 1% կամ ± 1BPM, որն է ավելի մեծ NIBP՝ Չափիչ միջակայքը `մեծահասակների համար 10-270 mmhg; երեխաների համար; 10-235mmhg, նորածինների համար 10-135mmhg: Մեծահասակների, երեխաների և նորածինների սեգմենտացված ճնշման պաշտպանություն Չափման ռեժիմը. ձեռքով, պարբերական, արագ Ջերմաստիճանի մոնիտորինգ՝ Երկկողմանի մարմնի ջերմաստիճանի մոնիտորինգ, տարբերության ցուցադրմամբ Չափիչ միջակայքը `0 ~ 50 ℃ Ճշգրտություն. ± 0,1 ℃ Տագնապ՝ 360 աստիճանի ձայնային ազդանշանային գործառույթ ձայնի մակարդակի կարգավորմամբ Ֆիզիոլոգիական և տեխնիկական անկախ ազդանշանային ցուցիչներ Բուժքույրի կանչ Հիշողությունները՝ Ոչ պակաս քան 168 ժամ Trend պահուստ և վերանայում 128

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Մոդուլային հիվանդի մոնիտոր	BLT	Q7	Guangdong Biolight Meditech Co.LTD	"Մոդուլային հիվանդի մոնիտորի Ոչ պակաս քան 3 ընդարձակման մոդուլի միացման հնարավորություն, աջակցում է մինչև 11 համաժամանակյա պարամետրերի չափում Սենսորային էկրանով և լուսավորված կոճակներով Կարող է գործել արտաքին մկնիկի և ստեղնաշարի միջոցով Թմրամիջոցների դոզայի հաշվարկ, օդափոխման հաշվարկ, օքսիգենացիայի հաշվարկ, տիտրացման աղյուսակի ցուցադրում և հեմոդինամիկ հաշվարկ Լրացուցիչ լիթիում պարամետրերի պահպանում NIBP չափման արդյունքների պահպանում Հոլոգրաֆիկ ալիքաձևի ցուցադրում Ցանց՝ կարող է միացված լինել կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին `լարով, անլար և հիբրիդային մեթոդներով Կարող է կապված լինել հիվանդի տվյալների կառավարման և զննման ծրագրակազմին `որոնում, վերլուծություն հիվանդի տվյալներ իրականացնելու և A4 թղթի վրա տպելու հնարավորությամբ Սարանոցը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ունենա որակի սերտիֆիկատների առկայություն։" ISO9001, ISO13485, ISO14001, FDA, CE

						իոնային մարտկոց, կրկնակի մարտկոցի խցիկ, մարտկոցից աշխատանքի ժամանակը մինչև ոչ պակաս քան 4 ժամ LCD էկրան, էկրանի չափը ոչ պակաս քան 15 դյույմ; 1024 × 768 պիքսել կամ ավել տարլուծումով Կորերի քանակը ոչ պակաս քան 12, իսկ կորերի ձևը, գույնը և դիրքը կարգավորելի են Հագեցած է ցուցադրման 7 ձևաչափով, ներառյալ ստանդարտ էկրանը, կարճ տենդենցը, մեծ տառատեսակ, այլ մահճակալների դիտում, NIBP վերստուգիչ, 7 առաջատար կանալ և այլն: Մոնիտորը պետք է տրամադրի Glasgow Coma Scale ցուցանիշը որը տրամադրում է մարդու գիտակցության վիճակը նախնական, ինչպես նաև հետագա գնահատման եղանակ: Ստանդարտ պարամետր. ECG, Resp, Spo2, NIBP, PR, 2-TEMP Ընտրովի, IBP, CO2 (հիմնական հոսք, կողային հոսք, միկրո հոսք), AG (հիմնական հոսք, կողային հոսք), EEG, Masimo Rainbow Spo2 միացման հնարավորություն ԷՍԳ՝ 3/5/7 առաջատար կանալ, ընտրովի 12

						առաջատարի հնարավորություն Կարող է ընտրվել մոնիտորինգ, ախտորոշում և շահագործման ռեժիմներ: Կարող է դիմակայել էլեկտրամիոգրաֆիայի, դեֆիբրիլյացիայի և այլնի միջամտությանը: Սրտի կծկումների չափման միջակայք՝ Մեծահասակներ 10 BPM ~ 300 BPM; Երեխաներ և նորածիններ. 10 BPM ~ 350 BPM Սրտի կծկումների չափման ճշգրտություն. ± 1% կամ ± 1 bpm (որն ավելի մեծ է) Ոչ պակաս քան 23 տեսակի ռիթմի վերլուծություն Ոչ պակաս քան 7-ալիքի ST-SEGMENT վերլուծության գործառույթ, մինչև 12-ալիքի ST վերլուծություն ST քարտեզ QT / QTC վերլուծության գործառույթ Շնչառություն՝ Կրծքային դիմադրության մեթոդ Շնչառության հաճախականության դիտարկման միջակայք. 0 ~ 150 rpm Շնչառության հաճախականության չափման ճշգրտություն. ± 2 rpm կամ ± 2% (որն ավելի մեծ է) SPO2՝ Pulse-Tone գործառույթ SPO2- ի մոնիտորինգի միջակայքը՝ 0 ~ 100% SPO2 չափման ճշգրտություն. ± 2% (70 ~ 100% SPO2) Երկակի SPO2

						ռեժիմ, միևնույն ժամանակ նորածնի ձեռքի և ոտքի արյան թթվածին չափում, CCHD գործառույթի առկայություն Pulse Rate՝ Pulse Rate Չափման միջակայքը `20 bpm ~ 250 bpm Ճշգրտություն. ± 1% կամ ± 1BPM, որն է ավելի մեծ NIBP՝ Չափիչ միջակայքը `մեծահասակների համար 10-270 mmhg; երեխաների համար; 10-235mmhg, նորածինների համար 10-135mmhg: Մեծահասակների, երեխաների և նորածինների սեգմենտացված ճնշման պաշտպանություն Չափման ռեժիմը. ձեռքով, պարբերական, արագ Ջերմաստիճանի մոնիտորինգ՝ Երկկողմանի մարմնի ջերմաստիճանի մոնիտորինգ, տարբերության ցուցադրմամբ Չափիչ միջակայքը `0 ~ 50 ℃ Ճշգրտություն. ± 0,1 ℃ Տագնապ՝ 360 աստիճանի ձայնային ազդանշանային գործառույթ ձայնի մակարդակի կարգավորմամբ Ֆիզիոլոգիական և տեխնիկական անկախ ազդանշանային ցուցիչներ Բուժքույրի կանչ Հիշողությունները՝ Ոչ պակաս քան 168 ժամ Trend պահուստ և վերանայում 128

					պարամետրերի պահպանում NIBP չափման արդյունքների պահպանում Հոլոգրաֆիկ ալիքաձևի ցուցադրում Ցանց՝ կարող է միացված լինել կենտրոնական մոնիտորինգի համակարգին `լարով, անլար և հիբրիդային մեթոդներով Կարող է կապված լինել հիվանդի տվյալների կառավարման և զննման ծրագրակազմին `որոնում, վերլուծություն հիվանդի տվյալներ իրականացնելու և A4 թղթի վրա տպելու հնարավորությամբ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ունենա որակի ISO9001, ISO13485, ISO 14001, FDA, սերտիֆիկատների առկայություն։"