

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	-Թոքերի արհեստական օդափոխման համակարգ	-	-	-	Թոքերի արհեստական օդափոխման ավտոմատ համակարգ, ծավալի և ճնշման կարգավորմամբ: Նախատեսված մկների և առնետների համար՝ 3-1250 գրամ քաշով: Ինտեգրված սենսորային Էկրանի առկայություն, որը իրական ժամանակում կարող է միաժամանակ ցուցադրել թվային ցուցմունքներ, գրաֆիկներ կամ երկուսը համատեղ: . Կառավարման ռեժիմներ՝ ծավալի և ճնշման կառավարմամբ . I:E հարաբերակցություն՝ 1:1-ից մինչև 1:5 . Օդի ճնշում՝ 2- 30 սմ .

Շնչառության հաճախականության
 միջակայք՝ 20- 400 զարկ/րոպե .
 Առավելագույն ներշնչման հոսք՝ 1.5
 SLPM . USB միջոցով թվային
 տվյալների արտահանման
 հնարավորություն . Ջերմաստիճանի
 կառավարման և հոմեոթերմիկ
 կառավարման մոդուլ . Օպերատիվ
 ջերմաստիճանային տիրույթ՝ -40°C -
 ից մինչև 80°C . Սարքի անխափան
 աշխատանքի համար
 նախատեսված բոլոր անհրաժեշտ
 պարագաները: Սարքի կողմից
 ապահովվող գործառույթներ և
 պարամետրեր .Ճավալային
 վենտիլացիա (Volume-controlled
 ventilation) .Ճնշմամբ վենտիլացիա
 (Pressure-controlled ventilation)
 .Պոլսային վենտիլացիայի ռեժիմ .
 PEEP – դրական ճնշում
 արտաշնչման վերջում (Positive End-
 Expiratory Pressure) . Assist ռեժիմ
 (օժանդակ/սինխրոն շնչառություն) .
 Sigh շնչառություն – ավտոմատ
 խորը շունչ . I:E հարաբերակցության
 կարգավորում
 (ներշնչում/արտաշնչում) .
 Շնչառական ծավալի (Tidal Volume)
 չափում և վերահսկում . Ավտոմատ

					կարգավորման ռեժիմ (Auto set-up) . Սահմանաչափերի (Limits) կարգավորում . Օգտագործողի պրոֆիլների ստեղծում և պահպանում . Չգույացումների համակարգ՝ շնչառական պարամետրերի սահմանաչափերի հիման վրա . Trigger մուտք՝ արտաքին կամ ներքին սինխրոնիզացիայի համար . Անալոգային ելք . Թվային ելք . Սինխրոնիզացիայի ելք (Sync out) . ADI ինտեգրում (կենսաբանական տվյալների գրանցման համակարգերի հետ համատեղելիություն) . Տվյալների արտահանում (Data output) . Ներքին տվյալների գրանցում (Internal data logging) . Իրական ժամանակի ժամացույց (Real-Time Clock) . Ջերմաստիճանի մոնիտորինգ և հոմեոթերմիկ վերահսկման մոդուլի աջակցում Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում վերապատրաստված մասնագետի կողմից: Առաջարկվող սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և
--	--	--	--	--	---

					ունենա արտադրողի առնվազն 1 տարվա պաշտոնական երաշխիք: Սարքը պետք է արտադրված լինի մատակարարումից ոչ շուտ, քան 2 տարի առաջ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման տեղադրումը:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տրգրան Նախընտրվողը в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	-Թոքերի արհեստական օդափոխման համակարգ	-	-	-	Թոքերի արհեստական օդափոխման ավտոմատ համակարգ, ծավալի և ճնշման կարգավորմամբ: Նախատեսված մկների և առնետների համար՝ 3-1250 գրամ քաշով: Ինտեգրված սենսորային Էկրանի առկայություն, որը իրական ժամանակում կարող է միաժամանակ ցուցադրել թվային ցուցմունքներ, գրաֆիկներ կամ երկուսը համատեղ: . Կառավարման ռեժիմներ՝ ծավալի և ճնշման կառավարմամբ . I:E հարաբերակցություն՝ 1:1-ից մինչև 1:5 . Օդի ճնշում՝ 2- 30 սմ .

Շնչառության հաճախականության
 միջակայք՝ 20- 400 զարկ/րոպե .
 Առավելագույն ներշնչման հոսք՝ 1.5
 SLPM . USB միջոցով թվային
 տվյալների արտահանման
 հնարավորություն . Ջերմաստիճանի
 կառավարման և հոմեոթերմիկ
 կառավարման մոդուլ . Օպերատիվ
 ջերմաստիճանային տիրույթ՝ -40°C -
 ից մինչև 80°C . Սարքի անխափան
 աշխատանքի համար
 նախատեսված բոլոր անհրաժեշտ
 պարագաները: Սարքի կողմից
 ապահովվող գործառույթներ և
 պարամետրեր .Ճավալային
 վենտիլացիա (Volume-controlled
 ventilation) .Ճնշմամբ վենտիլացիա
 (Pressure-controlled ventilation)
 .Պոլսային վենտիլացիայի ռեժիմ .
 PEEP – դրական ճնշում
 արտաշնչման վերջում (Positive End-
 Expiratory Pressure) . Assist ռեժիմ
 (օժանդակ/սինխրոն շնչառություն) .
 Sigh շնչառություն – ավտոմատ
 խորը շունչ . I:E հարաբերակցության
 կարգավորում
 (ներշնչում/արտաշնչում) .
 Շնչառական ծավալի (Tidal Volume)
 չափում և վերահսկում . Ավտոմատ

					կարգավորման ռեժիմ (Auto set-up) . Սահմանաչափերի (Limits) կարգավորում . Օգտագործողի պրոֆիլների ստեղծում և պահպանում . Չգույացումների համակարգ՝ շնչառական պարամետրերի սահմանաչափերի հիման վրա . Trigger մուտք՝ արտաքին կամ ներքին սինխրոնիզացիայի համար . Անալոգային ելք . Թվային ելք . Սինխրոնիզացիայի ելք (Sync out) . ADI ինտեգրում (կենսաբանական տվյալների գրանցման համակարգերի հետ համատեղելիություն) . Տվյալների արտահանում (Data output) . Ներքին տվյալների գրանցում (Internal data logging) . Իրական ժամանակի ժամացույց (Real-Time Clock) . Ջերմաստիճանի մոնիտորինգ և հոմեոթերմիկ վերահսկման մոդուլի աջակցում Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում վերապատրաստված մասնագետի կողմից: Առաջարկվող սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և
--	--	--	--	--	---

					ունենա արտադրողի առնվազն 1 տարվա պաշտոնական երաշխիք: Սարքը պետք է արտադրված լինի մատակարարումից ոչ շուտ, քան 2 տարի առաջ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման տեղադրումը:
--	--	--	--	--	--