

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	LEEM-16	LABOR SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD.	Դիէլեկտիրիկ թափանցելության չափման լաբորատոր սարք՝ հետևյալ տեխնիկական բնութագրով. Նախատեսված է վակուումի դիէլեկտիրիկ թափանցելիության (ϵ_0) և հարաբերական դիէլեկտիրիկ թափանցելիության (ϵ_r) չափման, ինչպես նաև LC ռեզոնանսային մեթոդով փոքր ունակությունների չափման համար: Սարքը կազմված լինի DDS ազդանշանային գեներատորից, որն ունենա ներկառուցված LCD էկրան 4.3 դյույմ անկյունագծով, ելքում սինուսոիդալ և ուղղանկյունաձև ազդանշաններ, որոնց հաճախությունները ընկած լինեն 1 μ Hz - 10 MHz տիրույթում, իսկ ամպլիտուդը՝ 0 - 10 Vp-p -ում: Ազդանշանի շեղման և փուլային արժեքները սահմանվեն ներկառուցված թվային ստեղներով: Նոմինալ դիմադրությունների արժեքները՝ $R1 = 1$ կՕմ, ճշտությունը 0.5% և $R2 = 30$ կՕմ, ճշտությունը 0.1%: Նոմինալ ինդուկտիվությունը $L = 10.5$ մՀն, ճշտությունը 0.3%: Համակարգը պարունակի հետազոտական հարթակ, որի չափսերը լինեն 297 x 300 մմ. հարթակի կոնտակտային դիմադրությունը առավելագույնը 5 մՕմ, առավելագույն հոսանքը՝ 10 Ա, բաշխված

			ունակությունը՝ 1.5 պՖ: Աքսեսուարներ՝ 4մմ ստանդարտով մալուխներ, BNC 4մմ մալուխներ՝ հնարավոր համակցելու օսցիոլոսկոպին: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրտուհի հետ նախապես համաձայնեցնելով:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տրգրան Նախնայան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	LEEM-16	LABOR SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD.	Դիէլեկտրիկ թափանցելության չափման լաբորատոր սարք՝ հետևյալ տեխնիկական բնութագրով. Նախատեսված է վակուումի դիէլեկտրիկ թափանցելիության (ϵ_0) և հարաբերական դիէլեկտրիկ թափանցելիության (ϵ_r) չափման, ինչպես նաև LC ռեզոնանսային մեթոդով փոքր ունակությունների չափման համար: Սարքը կազմված լինի DDS ազդանշանային գեներատորից, որն ունենա ներկառուցված LCD էկրան 4.3 դյույմ անկյունագծով, ելքում սինուսոիդալ և ուղղանկյունաձև ազդանշաններ, որոնց հաճախությունները ընկած լինեն 1 μ Hz - 10 MHz տիրույթում, իսկ ամպլիտուդը՝ 0 - 10 Vp-p -ում: Ազդանշանի շեղման և փուլային արժեքները սահմանվեն ներկառուցված թվային ստեղներով: Նոմինալ դիմադրությունների արժեքները՝ $R1 = 1$ կՕմ, ճշտությունը 0.5% և $R2 = 30$ կՕմ, ճշտությունը 0.1%: Նոմինալ ինդուկտիվությունը $L = 10.5$ մՀն, ճշտությունը 0.3%: Համակարգը պարունակի հետազոտական հարթակ, որի չափսերը լինեն 297 x 300 մմ. հարթակի կոնտակտային դիմադրությունը առավելագույնը 5 մՕմ, առավելագույն հոսանքը՝ 10 Ա, բաշխված

			ունակությունը՝ 1.5 պՖ: Աքսեսուարներ՝ 4մմ ստանդարտով մալուխներ, BNC 4մմ մալուխներ՝ հնարավոր համակցելու օսցիոլոսկոպին: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրտուհի հետ նախապես համաձայնեցնելով:
--	--	--	--