ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՅԹԲԵՐՐԻ»ՍՊԸ-ն ԵՊԷԱՃ26-5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
60	MEDIKON,MEDTEST	Ավտոկլավի ինդիկատոր	MEDIKON LTD,MEDTEST LTD	Թեստ զոլեր ավտոկլավի համար, ավտոկլավի ստերիլիզացիոն գործընթացի վերահսկման համար:Ջերմաստիճանի ճնշման և գոլորշու ներթափանցման ստուգում: Քիմիական ինդիկատոր,գույնի հստակ փոփոխություն գոլորշու ազդեցության տակ: Աշխատանքային ռեժիմներ՝ 1210 C 15-20 րոպե, 1320 C-1340 C – 3-5 րոպե:Չափսերը ստանդարտ, մ/օ, պիտանելիության ժամկետը՝ 2-3 տարի: Համապատասխանում է ISO 11140-1 կամ համարժեք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВАЙТБЕРРИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЬҬЕЦȤ26-5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
60				