ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/32 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	IKA - RV10 B, Zenithlab – LC05C, Biobase – GM05B, Jinghua - DLSB-10/20, Chenyu - SHZD-III	IKA - RV10 B, Zenithlab – LC05C, Biobase – GM05B, Jinghua - DLSB-10/20, Chenyu - SHZD-III	IKA - RV10 B, Zenithlab – LC05C, Biobase – GM05B, Jinghua - DLSB-10/20, Chenyu - SHZD-III	IKA - RV10 B, Zenithlab – LC05C, Biobase – GM05B, Jinghua - DLSB-10/20, Chenyu - SHZD-III	Հավաքածուն իրենից ներկայացնում է օրգանական միացությունների, բնական խառնուրդների գոլորշացման և նստեցման բաժանման և մաքրման համակարգ, որը բաղկացած է հետևյալ կապակցված և բաղադրիչներից՝ Ռոտացիոն գոլորշացման սարք՝ 1 բաղադրիչ, կենտրոնախույս պտտողական սարք նյութերի նստեցման համար՝ 1 բաղադրիչ, մեմբրանային վակումային պոմպ՝ 1 բաղադրիչ, վերաշրջանառվող սառեցման համակարգ՝ 1 բաղադրիչ և Էլեկտրական ջրային պոմպ՝ 1

						բաղադրիչ: Բացի վերոնշյալ բաղադրիչները հավաքածուն ներառում է նաև չսառչող հեղուկ՝ 10 ± 5 լիտր (փակ շրջանառվող համակարգի ներառական ծավալին համապատասխան), հավաքածուի բաղադրիչները միմյանց կապող ճկուն խողովակների, մալուխների, անցումների և ապակե դետալների հիմնական և լրացուցիչ հավաքածու՝ իրենց դետալներով: Ռոտացիոն գոլորշացման սարք: Գոլորշիացման կոլբա –1000 մլ (շիֆը NS 29/32), Ընդունարան – 1000 մլ (շլիֆը KS 35/20), Սառեցման մակերևույթը 1500 սմ2, Բաղնիքի ծավալը – 3,5 լ, Պտտման արագություն՝ սկսած 5 պտ./ր մինչև 280 պտ/ր, Էկրանը – LCD, կոճակներ՝ հպման, Ջերմասիտիճանային կառավարումը՝ (+5) - (+180)°C, Ջերմաստիճանային ճշգրտությունը՝ ± 1°C, Կոլբայի բարձրության կառավարումը՝ թվային կոճակով, շարժիչով, ամբողջական ավտոմատացված, Բարձրության շարժը - 140մմ, Ժամանակացույցը – 1-999 րոպե: Շարժիչ – հաստատուն հոսանքի, առանց ածուխի, Բաղնիքի

						հզորությունը 1350 Վտ, Պտույտը դարձելի՝ աջ և ձախ, Աշխատանքային լարումը 220Վ/50 հց: Խրոցի տեսակ՝ եվրոպական (EU), Չափսեր՝ 500 x 430 x 440 մմ, քաշ՝ 32 կգ: Պարտադիր լրացուցիչ բաղադրիչներ՝ 1 հավելյալ PTFE հերմետիկացնող միջադիրի առկայություն: CE եվրոպական համապատասխանության սերտիֆիկատների, ISO:9001 որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի և գործարանային կալիբրացման սերտիֆիկատ և մակնշման առկայություն: Կենտրոնախույս պտտողական սարք նյութերի նստեցման համար: Պտտման արագության միջակայք՝ սկսած 100 մինչև 5000 պտ/ր: Կառավարումը՝ թվային հպման կոճակներով: Ծավալ՝ 15 մլ * 12 հատ: Թվային LCD էկրան՝ արագության և ժամանակաչափի կարգավորումների համար, երկարակյաց և հեշտ մաքրվող ABS պլաստիկ կարկաս, թափանցիկ պատուհան՝ կափարիչի մեջ: Ցենտրիֆուգը հագեցած է թվային ժամանակաչափով, որը կարող է

						սահմանվել 1 վայրկյանից մինչև 99 ր: Շարժիչը՝ առանց ածուխների շարժիչ: Քաշը՝ 18 կգ: Սնուցումը՝ 220 Վ, 50 Հց: Առավելագույն հարաբերական կենտրոնախույս արագացումը՝ առնվազն 3600 G: Կենտրոնախույս պտտողական սարքի ներքին մակերևույթը բարձր մակնիշի (316, 316 L) չժանգոտվող պողպատ: ISO:9001 որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի և գործարանային մակնշման առկայություն: Սարքի վրա Օգտագործված մատերիալների որակի և բնույթի համապատասխանելիության վերաբերյալ համապատասխան լիցենզիաներ, որակը հաստատող սերտիֆիկատներ և փաստաթղթեր: Մեմբրանային վակուումային պոմպ: Պոմպի խցիկի նյութը և խցիկը հակակորոզիոն՝ ամբողջությամբ տեֆլոնապատ, ունի լայն աշխատանքային դիապազոնի համար նախատեսված: Պոմպը ունի երկու գլխիկ, արտադրողականությունը 0,5 լ/վ, Առավելագույն վակում 1 ՄՊԱ, Շարժիչի հզորությունը 170W,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Աղմուկի մակարդակ ≤65 դԲ (Ա)։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը 5~45℃ (±5℃)։ Պոմպի քաշը 10 կգ։ ISO:9001 որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի և գործարանային մակնշման առկայություն։ Վերաշրջանառվող սառեցման հավակայող։ Ունի թվային ԼԵԴ էկրանով։ Կարգավորումը PID կարգավորիչով։ Բաքի ծավալը՝ 10 լ, պատրաստված 304 Լ դասի չժանգոտվող պողպատից։ Սառեցման աստիճան՝ (-20)°C, տաքացում՝ (+40)°C (Սարքավորման աշխատանքային տիրույթը կախված առաջարկվող մոդելից՝ նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)։ Համակարգը՝ փակ։ Ճշգրտություն՝ ±0,5°C։ Ցիրկուլացիոն հզորություն՝ առնվազն 35 լ/ր։ Հզորություն՝ առնվազն 1400Վտ տաքացման և 460 վտ սառեցման համար։ Լարում՝ 220 Վ; Չափսեր՝ 550*550*750մմ մմ։ Օգտագործվող գազի տեսակ՝ R404A։ ISO:9001 որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի և գործարանային

						մակնշման առկայություն: Ջրային պոմպ էլեկտրական, երկու մուտքով: Շարժիչը՝ Հզորությունը 180 Վտ: Պոմպ՝ 80 լ/ր, Հակակոռոզիոն: Լարումը՝ 220V/50HZ: Արտադրողականությունը՝ 10լ/րոպե, Առավելագույն վակուում՝ 0,098 ՄՊա (98 ԿՊա, 735 մմ Hg, 0,98 բար, 735 Տոր), տարայի տարողությունը 15լ, Շրջանառվող ջրի ջերմաստիճանը՝ 0~25℃: Չափսերը (մմ)՝ 400*280*420 մմ: Արտաքին չափսերը (մմ)՝ 480*380*560 մմ: Աղմուկ 50 դԲ: ISO:9001 որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի և գործարանային մակնշման առկայություն: Սարքերի հավաքածուի փաթեթը ներառում է սարքերի մատակարարումը և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում, Հավաքածուի առանձին բաղադրիչների՝ ռոտացիոն գոլորշացման սարքի, կենտրոնախույս պտտողական սարքի, մեմբրանային վակուումային պոմպի, վերաշրջանառվող սառեցման համակարգի և Էլեկտրական ջրային պոմպի կապակցումը և մոնտաժը,

						աստիճանավորումը և բոլոր կարգաբերումների իրականացումը՝ այդ թվում նաև սառեցման համակարգին կից բաշխիչ փականային համակարգի հավաքումը: Փաթեթը ներառում է նաև սարքերի հավաքածուի միացումը արդեն առկա այլ սարքերին՝ մասնավորապես 2-րդ ռոտացիոն գոլորշիացման սարքին, ՈՒՄ ռեակտորին և ատոմային աբսորբցիոն սպեկտրոֆոտոմետրի սառեցման համակարգին: Միացումն անհրաժեշտ է կատարել զուգորդված, այլ ոչ հաջորդական տարբերակով, ապահովելով սարքերի հավաքածուի անխափան և համատեղ աշխատանքը: Փաթեթը ներառում է 2 տարի երաշխիքային սպասարկում և այդ ընթացքում եռամսյակային աստիճանավորման սպասարկում (դետալների կարգավորում, մաշվածության ստուգում, բնականոն օգտագործման հետևանքով մաշվածություն ունեցող դետալների փոխարինում): Սարքավորումների հավաքածուն ամբողջովին նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում

					հնամաշ կամ կիսամաշ դետալներ: Հավաքածուի բաղկացուցիչ սարքավորումների մոդելները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի կնքումից առավելագույնը 3 օրվա ընթացքում ներկայացնել պահանջվող սերտիֆիկատները և համապատասխանությունը վկայող այլ փաստաթղթերը: Սարքավորումների հավաքածուին կից ներկայացնել տեխնիկական անձնագիր (անձնագրեր):