

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	IKA - RV10 B, Zenithlab - LC05C, Biobase - GM05B, Jinghua - DLSB-10/20, Chenyu - SHZD-III	IKA - RV10 B, Zenithlab - LC05C, Biobase - GM05B, Jinghua - DLSB-10/20, Chenyu - SHZD-III	IKA - RV10 B, Zenithlab - LC05C, Biobase - GM05B, Jinghua - DLSB-10/20, Chenyu - SHZD-III	IKA - RV10 B, Zenithlab - LC05C, Biobase - GM05B, Jinghua - DLSB-10/20, Chenyu - SHZD-III	Հավաքածուն իրենից ներկայացնում է օրգանական միացությունների, բնական խառնուրդների գոլորշացման և նստեցման բաժանման և մաքրման համակարգ, որը բաղկացած է հետևյալ կապակցված և բաղադրիչներից՝ Ռոտացիոն գոլորշացման սարք՝ 1 բաղադրիչ, կենտրոնախույս պտտողական սարք նյութերի նստեցման համար՝ 1 բաղադրիչ, մեմբրանային վակուումային պոմպ՝ 1 բաղադրիչ, վերաշրջանառվող սառեցման համակարգ՝ 1 բաղադրիչ և Էլեկտրական ջրային պոմպ՝ 1

բաղադրիչ: Բացի վերոնշյալ բաղադրիչները հավաքածուն ներառում է նաև չսառչող հեղուկ՝ 10 ± 5 լիտր (փակ շրջանառվող համակարգի ներառական ծավալին համապատասխան), հավաքածուի բաղադրիչները միմյանց կապող ճկուն խողովակների, մալուխների, անցումների և ապակե դետալների հիմնական և լրացուցիչ հավաքածու՝ իրենց դետալներով: Ռոտացիոն գոլորշացման սարք: Գոլորշիացման կոլբա -1000 մլ (շիֆը NS 29/32), Ընդունարան - 1000 մլ (շիֆը KS 35/20), Սառեցման մակերևույթը 1500 սմ², Բաղնիքի ծավալը - 3,5 լ, Պտտման արագություն՝ սկսած 5 պտ./ր մինչև 280 պտ/ր, Էկրանը - LCD, կոճակներ՝ հպման, Ջերմաստիճանային կառավարումը՝ (+5) - (+180)°C, Ջերմաստիճանային ճշգրտությունը՝ $\pm 1^\circ\text{C}$, Կոլբայի բարձրության կառավարումը՝ թվային կոճակով, շարժիչով, ամբողջական ավտոմատացված, Բարձրության շարժը - 140մմ, Ժամանակացույցը - 1-999 րոպե: Շարժիչ - հաստատուն հոսանքի, առանց ածուխի, Բաղնիքի

հզորությունը 1350 Վտ, Պտույտը
դարձելի՝ աջ և ձախ,
Աշխատանքային լարումը 220Վ/50
հց: Խրոցի տեսակ՝ եվրոպական
(EU), Չափսեր՝ 500 x 430 x 440 մմ,
քաշ՝ 32 կգ: Պարտադիր լրացուցիչ
բաղադրիչներ՝ 1 հավելյալ PTFE
հերմետիկացնող միջադիրի
առկայություն: CE եվրոպական
համապատասխանության
սերտիֆիկատների, ISO:9001 որակի
համապատասխանության
սերտիֆիկատի և գործարանային
կալիբրացման սերտիֆիկատ և
մակնշման առկայություն:
Կենտրոնախուլյս պտտողական
սարք նյութերի նստեցման համար:
Պտտման արագության միջակայք՝
սկսած 100 մինչև 5000 պտ/ր:
Կառավարումը՝ թվային հպման
կոճակներով: Ծավալ՝ 15 մլ * 12
հատ: Թվային LCD էկրան՝
արագության և ժամանակաչափի
կարգավորումների համար,
երկարակյաց և հեշտ մաքրվող ABS
պլաստիկ կարկաս, թափանցիկ
պատուհան՝ կափարիչի մեջ:
Ցենտրիֆուգը հագեցած է թվային
ժամանակաչափով, որը կարող է

սահմանվել 1 վայրկյանից մինչև 99
ր: Շարժիչը՝ առանց ածուխների
շարժիչ: Քաշը՝ 18 կգ: Սնուցումը՝ 220
Վ, 50 Հց: Առավելագույն
հարաբերական կենտրոնախույս
արագացումը՝ առնվազն 3600 G:
Կենտրոնախույս պտտողական
սարքի ներքին մակերևույթը բարձր
մակնիշի (316, 316 L) չժանգոտվող
պողպատ: ISO:9001 որակի
համապատասխանության
սերտիֆիկատի և գործարանային
մակնշման առկայություն: Սարքի
վրա Օգտագործված մատերիալների
որակի և բնույթի
համապատասխանելիության
վերաբերյալ համապատասխան
լիցենզիաներ, որակը հաստատող
սերտիֆիկատներ և փաստաթղթեր:
Մեմբրանային վակուումային պոմպ:
Պոմպի խցիկի նյութը և խցիկը
հակակորոզիոն՝ ամբողջությամբ
տեֆլոնապատ, ունի լայն
աշխատանքային դիապագոնի
համար նախատեսված: Պոմպը ունի
երկու գլխիկ,
արտադրողականությունը 0,5 լ/վ,
Առավելագույն վակուում 1 ՄՊԱ,
Շարժիչի հզորությունը 170W,

<p>Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПՀ-ԷԱՀԱՊԶԲ-26/32</p>			<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p>предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>Աղմուկի մակարդակ ≤65 դԲ (Ա): Աշխատանքային ջերմաստիճանը 5~45°C (±5°C): Պոմպի քաշը 10 կգ: ISO:9001 որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի և գործարանային մակնշման առկայություն: Վերաշրջանառվող սառեցման համակարգ: Ունի բնային և ԵՂՀ-ԷԱՀԱՊԶԲ-26/32 նիջե Էկրանով: Կարգավորումը PID</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>наименование производителя</p>	<p>Կարգավորիչով: Բարձր ծավալը՝ 10 Լ, աստիճանական 304 Լ դասի տեխնիկական հատկությունները:</p>
<p>1</p>					<p>Սառեցման աստիճան՝ (-20)°C, տաքացում՝ (+40)°C (Սարքավորման աշխատանքային տիրույթը կախված առաջարկվող մոդելից՝ նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Համակարգը՝ փակ: Ճշգրտություն՝ ±0,5°C: Ցիրկուլացիոն հզորություն՝ առնվազն 35 Լ/ր: Հզորություն՝ առնվազն 1400Վտ տաքացման և 460 Վտ սառեցման համար: Լարում՝ 220 Վ; Չափսեր՝ 550*550*750մմ մմ: Օգտագործվող գազի տեսակ՝ R404A: ISO:9001 որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի և գործարանային</p>

մակնշման առկայություն: Ջրային պոմպ էլեկտրական, երկու մուտքով:
Շարժիչը՝ Հզորությունը 180 Վտ:
Պոմպ՝ 80 լ/ր, Հակակոռոզիոն:
Լարումը՝ 220V/50HZ:
Արտադրողականությունը՝ 10լ/րոպե,
Առավելագույն վակուում՝ 0,098 ՄՊա
(98 ԿՊա, 735 մմ Hg, 0,98 բար, 735 Տոր), տարայի տարողությունը 15լ,
Շրջանառվող ջրի ջերմաստիճանը՝
0~25°C: Չափսերը (մմ)՝ 400*280*420
մմ: Արտաքին չափսերը (մմ)՝
480*380*560 մմ: Աղմուկ 50 դԲ:
ISO:9001 որակի
համապատասխանության
սերտիֆիկատի և գործարանային
մակնշման առկայություն: Սարքերի
հավաքածուի փաթեթը ներառում է
սարքերի մատակարարումը և
տեղադրումը համապատասխան
լաբորատորիայում, Հավաքածուի
առանձին բաղադրիչների՝
ռոտացիոն գոլորշացման սարքի,
կենտրոնախուլյս պտտողական
սարքի, մեմբրանային վակուումային
պոմպի, վերաշրջանառվող
սառեցման համակարգի և
էլեկտրական ջրային պոմպի
կապակցումը և մոնտաժը,

աստիճանավորումը և բոլոր կարգաբերումների իրականացումը՝ այդ թվում նաև սառեցման համակարգին կից բաշխիչ փականային համակարգի հավաքումը: Փաթեթը ներառում է նաև սարքերի հավաքածուի միացումը արդեն առկա այլ սարքերին՝ մասնավորապես 2-րդ ռոտացիոն գոլորշիացման սարքին, ՈԻՄ ռեակտորին և ատոմային աբսորբցիոն սպեկտրոֆոտոմետրի սառեցման համակարգին: Միացումն անհրաժեշտ է կատարել զուգորդված, այլ ոչ հաջորդական տարբերակով, ապահովելով սարքերի հավաքածուի անխափան և համատեղ աշխատանքը: Փաթեթը ներառում է 2 տարի երաշխիքային սպասարկում և այդ ընթացքում եռամսյակային աստիճանավորման սպասարկում (դետալների կարգավորում, մաշվածության ստուգում, բնականոն օգտագործման հետևանքով մաշվածությունն ունեցող դետալների փոխարինում): Սարքավորումների հավաքածուն ամբողջովին նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում

				<p>հնամաշ կամ կիսամաշ դետալներ: Հավաքածուի բաղկացուցիչ սարքավորումների մոդելները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի կնքումից առավելագույնը 3 օրվա ընթացքում ներկայացնել պահանջվող սերտիֆիկատները և համապատասխանությունը վկայող այլ փաստաթղթերը: Սարքավորումների հավաքածուին կից ներկայացնել տեխնիկական անձնագիր (անձնագրեր):</p>
--	--	--	--	---