

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄ ՄԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒԴ ՍՊԸ-Ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Accu-Chek	Accu-Chek	Accu-Chek Active	Roche Diabetes Care, Inc.,	<p>"Ակկու-Չեք Ակտիվ թեստ-երիզներ REF 07124112227 Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Արյան ծավալը՝ 1-2 մկլ Կալիբրացիա՝ համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին: Անգեն աչքով ստուգելու հնարավորություն: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197 չափորոշիչների պահանջների: Թեստ-երիզները հնարվոր է կիրառել միայն Ակկու-</p>

				<p>Չեք Ակտիվ շաքարաչափերի հետ: Պահպանման ջերմաստիճանը ` +2 մինչև +30 C: CE0123 `տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դերեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին: Աշխատանքային ջերմաստիճանն +8-ից մինչև 42: Գործառնական բարձրություն` մինչև 4000 մ ծովի մակարդակից: Տվյալների փոխանցում համակարգչին` USB (MicroB): Մասնակիցը կներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր (ավտորիզացիա) և հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով: Հանձնման պահին ապրանքը կունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ, տուփը կլինի փակ, ռուսերեն մակնշմամբ"</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220505-
EYU7R-2026/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21					