

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Չորացման պահարան	FDO-30A	Scitek Global Co., Ltd	Նախատեսված՝ մետաղների, ապակու, կերամիկայի և այլ արտադրական նյութերի չորացման, մշակման և փորձարկման համար: Արտաքին չափեր՝ միևնույն 585 x 704 x 524 մմ (խորություն 90 մմ դռան բռնակ) Քաշ՝ 30 կգ Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ +20-ից մինչև 250 °C, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից 5-ից բարձր +250 °C, Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը՝ 0,3 մինչև 99,9°C և 100°C-ից սկսած 0,5 առավելագույնը, Ջեռմաստիճանային տվիչ՝ 1 Pt100 սենսոր DIN դասի A 4 լարային շղթայում, Նեռբեռնվող մաքս. բեռնվածությունը ը՝ 32 լ, 60 կգ , հեշտ մաքրվող, չժանգոտող պողպատից, Թվային հետընթաց հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորումով, կարգավորելի 1 րոպեից մինչև 99 օր, Հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ թվային PID-միկրոպրոցեսորային

կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր  
Էկրանով: Կարգավորվող Էլեկտրական ջեռոցի  
ջերմաստիճանի մոնիտոր և մեխանիկական  
ջերմաստիճանի սահմանափակիչ TB, պաշտպանության  
դաս 1՝ ըստ DIN 12880-ի՝ ջեռուցումն անջատելու համար  
. սահմանվածից մոտ 20°C բարձր ջերմաստիճանի  
դեպքում-անվտանգության համար 1 հատ չժանգոտվող  
պողպատից ցանց, Էլեկտրոփայլեցված-ներքին խցիկի  
համար: Շարունակական աշխատանքի հզորություն՝ 0,8  
կՎտ Լարում՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60  
Հց, Խցիկի չափսերը՝ լայնություն՝ 56 սմ, խորություն՝  
առնվազն 39սմ, բարձրություն՝ 37 սմ : Ներքին չափեր՝  
Լայնություն՝ 320 մմ Խորություն՝ 320 մմ Բարձրություն՝  
320 մմ Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում  
նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն  
արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից  
երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության  
սերտիֆիկատի առկայությունը: Մատակարարումը և  
տեղադրումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից:  
Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001 և ISO13485  
որակի հավաստագրեր, արտադրանքը  
համապատասխանի CE կարգավորումներին:  
Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում  $\pm 3\%$ : Սարքն  
ունենա բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսոր, LCD  
Էկրան, ժամաչափ, ահազանգ, RAM տվյալ գործող  
ռեժիմի համար, ԱՀ ելք - RS232S, հեռակառավարվող  
վերահսկում / գործընթացի վերահսկում ավտոմատ /  
ձեռքով ռեժիմում: Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս  
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը

				<p>չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը</p>
--	--	--	--	--





կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր  
Էկրանով: Կարգավորվող Էլեկտրական ջեռոցի  
ջերմաստիճանի մոնիտոր և մեխանիկական  
ջերմաստիճանի սահմանափակիչ TB, պաշտպանության  
դաս 1՝ ըստ DIN 12880-ի՝ ջեռուցումն անջատելու համար  
. սահմանվածից մոտ 20°C բարձր ջերմաստիճանի  
դեպքում-անվտանգության համար 1 հատ չժանգոտվող  
պողպատից ցանց, Էլեկտրոփայլեցված-ներքին խցիկի  
համար: Շարունակական աշխատանքի հզորություն՝ 0,8  
կՎտ Լարում՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60  
Հց, Խցիկի չափսերը՝ լայնություն՝ 56 սմ, խորություն՝  
առնվազն 39սմ, բարձրություն՝ 37 սմ : Ներքին չափեր՝  
Լայնություն՝ 320 մմ Խորություն՝ 320 մմ Բարձրություն՝  
320 մմ Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում  
նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն  
արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից  
երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության  
սերտիֆիկատի առկայությունը: Մատակարարումը և  
տեղադրումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից:  
Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001 և ISO13485  
որակի հավաստագրեր, արտադրանքը  
համապատասխանի CE կարգավորումներին:  
Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում  $\pm 3\%$ : Սարքն  
ունենա բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսոր, LCD  
Էկրան, ժամաչափ, ահազանգ, RAM տվյալ գործող  
ռեժիմի համար, ԱՀ ելք - RS232S, հեռակառավարվող  
վերահսկում / գործընթացի վերահսկում ավտոմատ /  
ձեռքով ռեժիմում: Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս  
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը

				<p>չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը</p>
--	--	--	--	--