

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|--------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | Չորացման պահարան | FDO-30A | Scitek Global Co., Ltd | Նախատեսված՝ մետաղների, ապակու, կերամիկայի և այլ արտադրական նյութերի չորացման, մշակման և փորձարկման համար: Արտաքին չափեր՝ միևնույն 585 x 704 x 524 մմ (խորություն 90 մմ դռան բռնակ) Քաշ՝ 30 կգ Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ +20-ից մինչև 250 °C, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից 5-ից բարձր +250 °C, Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը՝ 0,3 մինչև 99,9°C և 100°C-ից սկսած 0,5 առավելագույնը, Ջեռմաստիճանային տվիչ՝ 1 Pt100 սենսոր DIN դասի A 4 լարային շղթայում, Նեոբեռնվող մաքս. բեռնվածությունը ը՝ 32 և, 60 կգ , հեշտ մաքրվող, չժանգոտող պողպատից, Թվային հետընթաց հաշվիչ՝ Նպատակային ժամանակի կարգավորումով, կարգավորելի 1 րոպեից մինչև 99 օր, Հարմարվողական բազմաֆունկցիոնալ թվային PID-միկրոպրոցեսորային |

կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր
Էկրանով: Կարգավորվող Էլեկտրական ջեռոցի
ջերմաստիճանի մոնիտոր և մեխանիկական
ջերմաստիճանի սահմանափակիչ TB, պաշտպանության
դաս 1՝ ըստ DIN 12880-ի՝ ջեռուցումն անջատելու համար
. սահմանվածից մոտ 20°C բարձր ջերմաստիճանի
դեպքում-անվտանգության համար 1 հատ չժանգոտվող
պողպատից ցանց, Էլեկտրոփայլեցված-ներքին խցիկի
համար: Շարունակական աշխատանքի հզորություն՝ 0,8
կՎտ Լարում՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60
Հց, Խցիկի չափսերը՝ լայնություն՝ 56 սմ, խորություն՝
առնվազն 39սմ, բարձրություն՝ 37 սմ : Ներքին չափեր՝
Լայնություն՝ 320 մմ Խորություն՝ 320 մմ Բարձրություն՝
320 մմ Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում
նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն
արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության
սերտիֆիկատի առկայությունը: Մատակարարումը և
տեղադրումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից:
Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001 և ISO13485
որակի հավաստագրեր, արտադրանքը
համապատասխանի CE կարգավորումներին:
Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում $\pm 3\%$: Սարքն
ունենա բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսոր, LCD
Էկրան, ժամաչափ, ահազանգ, RAM տվյալ գործող
ռեժիմի համար, ԱՀ ելք - RS232S, հեռակառավարվող
վերահսկում / գործընթացի վերահսկում ավտոմատ /
ձեռքով ռեժիմում: Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը</p> |
|--|--|--|--|--|

կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր
Էկրանով: Կարգավորվող Էլեկտրական ջեռոցի
ջերմաստիճանի մոնիտոր և մեխանիկական
ջերմաստիճանի սահմանափակիչ TB, պաշտպանության
դաս 1՝ ըստ DIN 12880-ի՝ ջեռուցումն անջատելու համար
. սահմանվածից մոտ 20°C բարձր ջերմաստիճանի
դեպքում-անվտանգության համար 1 հատ չժանգոտվող
պողպատից ցանց, Էլեկտրոփայլեցված-ներքին խցիկի
համար: Շարունակական աշխատանքի հզորություն՝ 0,8
կՎտ Լարում՝ 220-240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60
Հց, Խցիկի չափսերը՝ լայնություն՝ 56 սմ, խորություն՝
առնվազն 39սմ, բարձրություն՝ 37 սմ : Ներքին չափեր՝
Լայնություն՝ 320 մմ Խորություն՝ 320 մմ Բարձրություն՝
320 մմ Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում
նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն
արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության
սերտիֆիկատի առկայությունը: Մատակարարումը և
տեղադրումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից:
Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001 և ISO13485
որակի հավաստագրեր, արտադրանքը
համապատասխանի CE կարգավորումներին:
Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում $\pm 3 \%$: Սարքն
ունենա բարձր ճշգրտության միկրոպրոցեսոր, LCD
Էկրան, ժամաչափ, ահազանգ, RAM տվյալ գործող
ռեժիմի համար, ԱՀ ելք - RS232S, հեռակառավարվող
վերահսկում / գործընթացի վերահսկում ավտոմատ /
ձեռքով ռեժիմում: Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս
Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը</p> |
|--|--|--|--|--|